



Poznań, 12.03.2018 r.

ADZP-381-23/18

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ  
Powiadomienie o zmianach w SIWZ  
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05.03 - 07.03.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**,

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

**Pytanie 1: Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1**

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, o jakich dokumentach dokładnie mowa w zapisie §1 ust.7?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie zamyka katalogu dokumentów świadczących o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń medycznych, kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia przeglądów technicznych i napraw danych urządzeń medycznych. Dopuszczalne jest wykazanie się np. zaświadczeniami lub certyfikatami.*

**Pytanie 2: Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §1 ust.13:

"Usunięcie usterek / awarii zostanie dokonane w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od momentu podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu"

zapisem:  
"Usunięcie usterek / awarii zostanie dokonane w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od momentu podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy wynosi 14 dni roboczych."

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy. Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Pytanie 3: Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §1 ust.14:

"Jeżeli czas naprawy aparatu przekroczy 7 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, tam gdzie jest to możliwe ze względu na warunki techniczne, nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od urządzenia będącego w naprawie"

zapisem:  
"Jeżeli czas naprawy aparatu przekroczy 14 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, tam gdzie jest to możliwe ze względu na warunki techniczne, nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od urządzenia będącego w naprawie"

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy (dot. wzoru umowy – dla pakietu nr 1). Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Pytanie 4:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, o jakich dokumentach dokładnie mowa w zapisie § 3 ust. 3?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie zamyka katalogu dokumentów świadczących o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń medycznych, kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia przeglądów technicznych i napraw danych urządzeń medycznych. Dopuszczalne jest wykazanie się np. zaświadczeniami lub certyfikatami.*

**Pytanie 5:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów §4 ust.1: W jaki sposób będą rozliczane naprawy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy (dot. wzoru umowy – dla pakietu nr 1). Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Pytanie 6:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §8 ust.1:

"a) za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5 - 20,00 netto PLN za każdy dzień zwłoki"

zapisem:

"a) za zwłokę w wykonaniu usługi serwisowej ustalonej w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5 - 20,00 netto PLN za każdy dzień roboczy zwłoki"

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy. Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Pytanie 7:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §8 ust.1:

"c) za zwłokę w wykonaniu usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony w § 1 ust. 13 termin - 100,00 PLN, za każdy dzień zwłoki,

zapisem:

"c) za zwłokę w wykonaniu usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony w § 1 ust. 13 termin - 50,00 PLN, za każdy dzień roboczy zwłoki,"

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy. Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Pytanie 8:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §8 ust.1:

"c) za zwłokę w wykonaniu usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony w § 1 ust. 13 termin - 100,00 PLN, za każdy dzień zwłoki,

zapisem:

"c) za zwłokę w wykonaniu usługi naprawy Sprzętu z winy Wykonawcy ponad ustalony w § 1 ust. 13 termin - 20,00 PLN, za każdy dzień roboczy zwłoki,"

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy. Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Pytanie 9:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §8 ust.1:

"d) za zwłokę w usunięciu wady wynikającej z gwarancji ponad ustalony w § 6 ust. 3 termin - 20,00 netto PLN za każdy dzień zwłoki"

zapisem:

"d) za zwłokę w usunięciu wady wynikającej z gwarancji ponad ustalony w § 6 ust. 2 termin - 10,00 netto PLN za każdy dzień roboczy zwłoki"

**Odpowiedź:** *Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy. Zmiana została zaznaczona na czerwono. Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.*

**Zapytanie 10:** Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu nr 1

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §8 ust.3:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa"

zapisem:

"Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą rozliczane na podstawie odrębnej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania noty."

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 11:** Dotyczy SIWZ, pkt. 6.2. dla Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie certyfikatów ze szkoleń wewnętrznych do świadczenia obsługi serwisowej?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z zapisami SIWZ.*

**Pytanie 12:**

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

**Odpowiedź:** *Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 09.03.2018 r. na dzień 16.03.2018 r.*

**Pytanie 13:** dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga certyfikatów ukończenia szkolenia serwisowego u wytwórcy na każdy rodzaj (typ oraz model) urządzenia będącego przedmiotem zamówienia przetargowego?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z zapisami SIWZ ust. 6.2 pkt 2 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeśli wykaże:*

*- dysponowanie co najmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem dokumentów świadczących o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń medycznych, kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia przeglądów technicznych i napraw danych urządzeń medycznych przez co rozumie się dokumenty wystawiane przez producenta sprzętu zaświadczające o odbyciu przeszkolenia z serwisowania danego sprzętu.*

*W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał udokumentowania ukończonego szkolenia dotyczącego serwisowania danego sprzętu, tj. w przypadku pakiet nr 1 na poniższy sprzęt:*

- Inkubatory Giraffe,*
- Inkubatory Lullaby,*
- Aparaty do znieczuleń Avance,*
- Monitory funkcji życiowych GE,*
- Lampy do fototerapii GE,*
- Aparaty do znieczulania Aestiva.*

**Pytanie 14:** dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądów wszystkich aparatów objętych procesem przetargowym zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas przeglądu właściwego dla danego roku przeglądowego?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga wykonania przeglądów aparatury medycznej zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu. Jeśli takie zalecenia obejmują podczas przeglądu okresowego wymianę zestawów serwisowych, akumulatorów, filtrów oraz innych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca winien takie części/materiały przewidzieć i odpowiednio skalkulować wartość przeglądu obejmującą koszty tychże części.*

**Pytanie 15:** dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wymaga wymiany części przeglądowych na części oryginalne i fabrycznie nowe?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z zapisami umowy § 3 ust. 1 c:*

*„Wykonawca oświadcza, że:*

*zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wykorzystywane przez Wykonawcę przy świadczeniu usług materiały eksploatacyjne dotyczące sprzętu/aparatury medycznej będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości. W razie gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, wiązało się z trudnymi problemami lub w sposób istotny podwyższało koszty wymiany Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne”.*

**Pytanie 16: dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej oraz aktualnej fabrycznej dokumentacji, w tym: aktualnych instrukcji serwisowych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych, nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał odpowiednią najbardziej aktualną wiedzę na temat serwisowanego sprzętu w celu prawidłowego, bezpiecznego i skutecznego serwisowania danego sprzętu.*

**Pytanie 17: dotyczy pakietu 1**

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu inkubatora zamkniętego zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, liczonego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji	co 36 miesięcy liczone od daty instalacji
O2 Sensor	✓	✓	✓
Filter cylinder servo2	✓	✓	✓
Battery		✓	✓
Fan Motor			✓

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga wykonania przeglądów aparatury medycznej zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu. Jeśli takie zalecenia obejmują podczas przeglądu okresowego wymianę zestawów serwisowych, akumulatorów, filtrów oraz innych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca winien takie części/materiały przewidzieć i odpowiednio skalkulować wartość przeglądu obejmującą koszty tychże części.*

**Pytanie 18: dotyczy pakietu 1**

Czy inkubatory wyposażone są w systemy do resuscytacji produkcji GE Healthcare, który należy uwzględnić w ofercie cenowej przeglądu ?

**Odpowiedź:** *Tak, należy uwzględnić wszystkie elementy składowe danej aparatury jeśli wchodzi w skład zestawu.*

**Pytanie 19: dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający wymaga posiadania odpowiednich referencji potwierdzających należyte wykonanie usług serwisowych dotyczących aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego ?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z zapisami SIWZ.*

**Pytanie 20: dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający wymaga posiadania opłaconej w odpowiedniej wysokości polisy OC potwierdzającej, że dostawca serwisu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy serwisowej ?

**Odpowiedź:** *W aktualnie prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga takiego warunku.*

**Pytanie 21: dotyczy pakietu 1**

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej ciągłości dostaw usług serwisowych poprzez wymóg udokumentowania posiadania w zespole serwisowym co najmniej dwóch inżynierów serwisowych w pełni przeszkolonych na każdy rodzaj sprzętu będący przedmiotem niniejszego Zamówienia przetargowego ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ ust. 6.2 pkt 2, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, która legitymuje się posiadaniem dokumentów świadczących o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń medycznych, kwalifikacjach*

*niezbędnych do prowadzenia przeglądów technicznych i napraw danych urządzeń medycznych przez co rozumie się dokumenty wystawiane przez producenta sprzętu zaświadczające o odbyciu przeszkolenia z serwisowania danego sprzętu.*

*Wymagane jest, aby Wykonawca dysponował ww. osobami przez cały okres realizacji zamówienia.*

**Pytanie 22:**

Prosimy o dopuszczenie, aby Wykonawca mógł odmówić przeprowadzenia naprawy urządzenia, dla którego producent nie zapewnia już części serwisowych.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie 23:**

Czy pod pojęciem czasu reakcji serwisowej Zamawiający dopuści odbiór urządzenia przez kuriera w celu przewiezienia go do serwisu Wykonawcy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę. Przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce użytkowania sprzętu – oddział / pracownia od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego i podjęcie się naprawy uszkodzonego sprzętu, lub (w przypadku pojedynczych urządzeń niekłopotliwych pod względem gabarytowym w transporcie / wysyłce do Wykonawcy) czas reakcji rozumie się moment potwierdzonego odebrania sprzętu przez Wykonawcę w celu wykonania diagnostyki od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.*

*W przypadku wysyłki sprzętu do siedziby Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zamówienia firmy kurierskiej i pokrycia kosztów wysyłki, a także udostępnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych.*

**Pytanie 24:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby przegląd techniczny defibrylatorów z pakietu nr 2 odbywał się w siedzibie Wykonawcy. W razie potrzeby, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze oraz pokryje koszty przesyłki i zorganizuje transport urządzeń.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie usług przeglądów w siedzibie Wykonawcy, w przypadku pojedynczych urządzeń niekłopotliwych pod względem gabarytowym w transporcie / wysyłce do Wykonawcy. Wykonawca w powyższym przypadku zobowiązuje się udostępnić na czas przeglądu urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych, a także do pokrycia kosztów transportu urządzenia odebranego od Zamawiającego oraz wysyłki urządzenia zastępczego.*

**Pytanie 25:** Dotyczy pakietu nr 6 i 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź:** *Jeśli konieczność wymiany akumulatorów wynika z instrukcji obsługi i zaleceń producenta należy takiej wymiany dokonać.*

**Pytanie nr 26:** Dotyczy pakietu nr 2, 3, 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź:** *Jeśli konieczność wymiany akumulatorów wynika z instrukcji obsługi i zaleceń producenta należy takiej wymiany dokonać.*

**Pytanie nr 27:** Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** *Monitory, moduły, parownik czy inne elementy podlegają również konieczności wykonania przeglądu.*

**Pytanie nr 28:** Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie stawia takiego wymogu.*

**Pytanie nr 29:** Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

**Odpowiedź:** *Lista urządzeń kontrolno – pomiarowych nie jest wymagana. Naprawy jednak powinny być wykonywane urządzeniami kontrolno – pomiarowymi posiadającymi ważne certyfikaty legalizacji.*

**Pytanie nr 30:** Pytanie dotyczy warunków udziału w postępowaniu – pkt 6.2 ppkt 2 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 6, 7, 11, 17, 18 i 19 dopuści do udziału w postępowaniu także Wykonawców nie posiadających zaświadczeń ze szkoleń u producenta aparatury wymienionej w ww. pakietach, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami, z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012, personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”) certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne podmioty niż producent.

**Odpowiedź:** *Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Informujemy, że w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje SIWZ wraz z załącznikami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zmiany zostało zaznaczone na czerwono. Zmodyfikowane dokumenty (Załączniki do SIWZ: nr 3a i 3b – Opis przedmiotu zamówienia, oraz nr 4a, 4b, 4c – wzory umów), zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 7 dni.


Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2018-03-09 na dzień **2018-03-16**. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2018-03-09 na dzień **2018-03-16**.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmienia się również treść SIWZ w pkt. 14.11, 15.1, 15.3.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem

  
DYREKTOR NACZELNY  
*Izabela Grzybowska*

Sprawę prowadzi: Milena Sitarz, 61 850 62 95, [milena.sitarz@szoz.pl](mailto:milena.sitarz@szoz.pl)