



Pismo: CRZP/10/2018/AEZ/9

Gdynia dnia: 2018-03-13

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ_3

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach
Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni
zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych
Modernizacja laboratorium Techniki mikroprocesorowej”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskopy, które posiadają 2 kanały z pasmem 70MHz, pamięć 100kpkt oraz próbkowanie do 2GSa/s? Dodatkowo dają możliwość generowania sygnały testowe/edukacyjne?

Odpowiedź: Dopuszczalne są oferty oscyloskopów cztero lub dwukanałowych z minimalną wartością pamięci akwizycji na poziomie 100 tys. punktów.

Dopuszczalne są oferty oscyloskopów z prędkością nie większą niż 2 Gsample/sek.

2. Czy w związku z tym, że oscyloskopy, będące przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymagają kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na okres serwisu na poziomie 30 dni.

3. Czy Zamawiający dopuszcza multimetry, które posiadają zakres pomiaru częstotliwości do 10MHz?

Odpowiedź: Na multimetry z pomiarem częstotliwości 10 MHz nie wyrażamy zgody.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół d/s Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz