



Pismo: CRZP/10/2018/AEZ/10

Gdynia dnia: 2018-03-13

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ_4

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach
Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni
zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych
Modernizacja laboratorium Techniki mikroprocesorowej”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

części 2 - oscyloskop cyfrowy

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop czterokanałowy o paśmie 50MHz?

Odpowiedź: dopuszczalne są oferty oscyloskopów pracujących w paśmie do co najmniej 50 MHz i nie większym od 70 MHz.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Wzrost d/s Zamówień Publ.
Główny Specjalista
Anita Brunowicz
Anita Brunowicz