



**SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA  
W SUWAŁKACH**

Suwałki, dnia 30/03/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.93//09/PN/WU/2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 09/PN/WU/2018**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Sprostowanie odpowiedzi z dnia 26/03/2018r.**

Uczestnika 2 pytanie 1.1, Uczestnika 4, Uczestnika 7 pytanie 5, Uczestnika 9 pytanie 1, Uczestnika 11 pytanie 4

**Uczestnik 2**

1. Czy Zamawiający w Części 2, poz. 1, 2, 3, 4 wymaga wymazówek klasy IIa, stosowanych do wymazów z jam ciała, oczu, uszu i nosogardzieli, jak również do wymazów ran otwartych?

Jest:

Odpowiedź : Tak wymaga

Powinno być:

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Uczestnik 4**

**Pytanie część 2**

- Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Jest:

Odpowiedź :Zamawiający wymaga sterylnych radiacyjnie (sterile – R)

Powinno być:

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający dopuszcza wyroby aseptyczne i sterylizowane gazowo

**Pytanie część 2 poz. 1-5**

- Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

Jest:

Odpowiedź : Zamawiający wymaga Medycznej Klasy IIa.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza klasę I

**Uczestnik 7**

Dotyczy Części 1, formularz asortymentowo cenowy

5. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia probówek czystych sterylnie (10-6; SAL>6) jak i probówek sterylizowanych radiacyjnie, co potwierdza znak sterylności umieszczony na każdej probówce „STERILE R” ?

Jest:

Odpowiedź : Zamawiający wymaga probówek sterylnych radiacyjnie oznaczonych (sterile – R)

Powinno być: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Uczestnik 9**

Dotyczy Pakietu 1

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie probówki były sterylizowane radiacyjnie i każda z nich posiadała oznakowanie „STERILE R”?

Jest:

Odpowiedź : Zamawiający wymaga probówek sterylnych radiacyjnie oznaczonych (sterile – R)

Powinno być: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

**Uczestnik 11**

**Pytanie nr 4**

---

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie „Nazwy producenta” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Jest:

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolumny „ Nazwa Producenta”

Powinno być:

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolumny „ Nazwa Producenta lub Wytwórcy”

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ.

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19/03/2018r. i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Z poważaniem  
**Adam Szalanda**  
**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach