



Poznań, dnia 05-04-2018.

**ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza informuje, o unieważnieniu przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację i uruchomienie systemu do chromatograficznego oczyszczania białek (FPLC) z wyposażeniem, nr przetargu 907/PN/05/18

Zestawienie złożonych ofert

OFERTA (nr oferty, nazwa Wykonawcy)	Kryteria			Razem punkty
	punkty cena	Punkty termin realizacji	Punkty gwarancja	
1. GE Medical Systems Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	----	----	----	----

UZASADNIENIE:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 ustawy PZP – gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Zamawiający zawarł w SIWZ wymaganie - System musi gwarantować pomiary przewodności zapewniające bezpieczną i kontrolowaną separację metodą wymiany jonowej (zakres przewodności od 1 μ S/cm do 999,9 mS/cm).

Natomiast Wykonawca zaoferowała sprzęt z parametrami - Monitor przewodnictwa - Zakres przewodnictwa 10 uS/cm (czyli 0,01 mS/cm) - 999,99 mS/cm

PROREKTOR

prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki