

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/24/2018/7

Poznań dnia: 2018-05-07

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na: **Naprawy i przeglądy aparatury medycznej.**

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

Zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość modyfikacji pakietu nr. 1 polegającej na wyłączeniu pozycji 1,2,16 i 17 i utworzenia dla nich odrębnego pakietu, Prosimy również o doprecyzowanie czy przetarg dotyczy napraw i przeglądów czy samych przeglądów bo w formularzu cenowym jest mowa tylko o przeglądzie. Odpowiedź: Nie ma możliwości modyfikacji pakietu. Dotyczy przeglądów i naprawy.

W odniesieniu do wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę określonego w pkt 3.5 SIWZ, należy odwołać się do art 29 ust 3a. ustawy PZP, który mówi: "zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) "

W naszej ocenie wykonywanie czynności w ramach usługi przeglądu technicznego aparatury medycznej opisanych w tabeli zał. nr 5 SIWZ nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy. Z charakteru tych czynności wynika, że nie muszą być wykonywane w ramach stosunku pracy (zwłaszcza bez podporządkowania przełożonemu nadzorującemu wykonywanie pracy). Czynności te mogą być w imieniu i na rzecz Wykonawcy, samodzielnie wykonywane przez uprawnionych serwisantów posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, bez względu na charakter łączącego ich stosunku prawnego z Wykonawcą. W związku z powyższym,

wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od powyższego wymogu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1 oraz załącznik nr 3 do SIWZ § 2:

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na to, aby przeglądy i naprawy endoskopów były wykonywane w siedzibie Wykonawcy. Prośbę swą motywujemy tym, że endoskopy giętkie wyróżniają się inną specyfiką, niż pozostały sprzęt. Wymagają innych testów oraz narzędzi i urządzeń do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego, który powinien się odbywać w siedzibie Wykonawcy. Sprzęt do wykonywania przeglądów endoskopów jest sprzętem stacjonarnym (zainstalowanym u Wykonawcy) np. wanna do sprawdzania szczelności endoskopu ze zwiększonym ciśnieniem, wanna do mierzenia rezystancji pancerza sondy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1 oraz załącznik nr 3 do SIWZ § 3 d):

1. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

" Zapewni urządzenie zastępcze na czas przeglądu oraz naprawy."

na:

"Na czas napraw trwających powyżej 7 dni wykonawca zapewni zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach technicznych zbliżonych do zastępowanego urządzenia."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 1.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §2 ust.1:

"Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji zgodnie z właściwościami danego Sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą, na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę uzgodnionego z Zamawiającym. Propozycja harmonogramu zostanie przedstawiona przez przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, po uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Każdy termin określony w harmonogramie musi być ostatecznie potwierdzony przez obydwie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem"

zapisem:

"Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji zgodnie z właściwościami danego Sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą, na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego uzgodnionego z Wykonawcą. Propozycja harmonogramu zostanie przedstawiona przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, po uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Każdy termin określony w harmonogramie musi być ostatecznie potwierdzony przez obydwie strony najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §2 ust.3:

"(...). Naprawy odbywać się będą na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego faxem pod nr wskazany w §18. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie (wraz naprawą) powinna nastąpić nie później niż do 2 dni od terminu zgłoszenia. W przypadku ściągania części zamiennych - które nie są dostępne w magazynie Wykonawcy - od producenta mającego siedzibę poza granicami RP, okres na naprawę Sprzętu może ulec wydłużeniu o termin ustalony pomiędzy stronami"

zapisem:

"(...). Naprawy odbywać się będą na podstawie pisemnego zgłoszenia przesłanego faxem pod nr wskazany w §18. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie (wraz naprawą) powinna nastąpić nie

później niż do 3 dni robocze od terminu zgłoszenia. W przypadku ściągania części zamiennych - które nie są dostępne w magazynie Wykonawcy - od producenta mającego siedzibę poza granicami RP, okres na naprawę Sprzętu może ulec wydłużeniu o termin ustalony pomiędzy stronami"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §2 ust.5:

"Materiały i części zamienne niezbędne do wykonania czynności wymienionych w § 2 ust. 4 Wykonawca zakupi we własnym zakresie"

zapisem:

"Materiały i części zamienne niezbędne do wykonania czynności wymienionych w § 2 ust. 4 Wykonawca zakupi we własnym zakresie, po wcześniejszej pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego."Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu §2 ust.6:

"Cena materiałów, części zamiennych użytych do naprawy nie może być wyższa niż cena sugerowana przez producenta, dystrybutora". Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o usunięcie zapisu §2 ust.7:

"Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie naliczał kosztu zakupu". Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 6.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §5 ust.6:

"Na użyte części w naprawie Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 m-cy gwarancji"

zapisem:

"Na użyte części w naprawie Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 m-ce gwarancji"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §7 ust.7:

"Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu naprawy i odebraniu robót w oparciu o stawkę roboczogodziny.

Do kalkulacji Wykonawca dołączy kserokopie faktur zakupu potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem"

zapisem:

"Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu naprawy i odebraniu robót w oparciu o stawkę roboczogodziny." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 8.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §9 ust.1:

"Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty /zmiana cen urzędowych, zmiana kursów walut, zmiana stawki podatku VAT/, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego"

zapisem:

"Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty /zmiana cen urzędowych, zmiana kursów walut, zmiana stawki podatku VAT/, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, przy czym cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 9.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §10 ust.1:

"b) za każdorazową zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki"

zapisem:

"b) za każdorazową zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) za każdy dzień roboczy zwłoki" Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 10.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §10 ust.1:

"b) za każdorazową zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki"

zapisem:

"b) za każdorazową zwłokę w wykonaniu usług stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień roboczy zwłoki"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 11.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §10 ust.2:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje o skorzystaniu z tego prawa Wykonawcę"

zapisem:

"Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą rozliczane na podstawie odrębnej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania noty." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 12.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie o jakich uprawnieniach mowa i jakich certyfikatów wymaga Zamawiający w zapisie §3 ppkt.a-c). Odpowiedź: Zgodnie z umową. Posiada aktualne zaświadczenie o odbytych szkoleniach.

Zapytanie 13.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §2 ust.16:

"W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracownika"

zapisem:

"W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę)

lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 14.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuję o odstąpienie od zapisów §2 ust.16 oraz ust. 17, ponieważ wymóg przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o pracę oraz dokumentacji zatrudnienia, a zatem także zakresu obowiązków osób zatrudnionych przez wykonawcę, jest niedopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów, w tym ustawy Pzp i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Umożliwienie Zamawiającemu zapoznania się z takimi dokumentami prowadzi bowiem do przetwarzania przez niego zbyt szerokiego zakresu danych osobowych. Zakres ten nie jest niezbędny do weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a jego przekazanie naruszałoby zasadę adekwatności, opisaną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych [tj. administrator powinien przetwarzać tylko takie dane i o takiej treści, które są niezbędne do osiągnięcia celu, w którym są wykorzystywane]. W tym przypadku dla realizacji celu wystarczające jest przedstawienie przez wykonawcę stosownego oświadczenia. Z punktu widzenia Zamawiającego nie jest bowiem istotne kto, z imienia i nazwiska, jest zatrudniony u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudniania osób w takiej formie. Warto tutaj także zwrócić uwagę na ustalenia sądów pracy w zakresie oceny, czy dana czynność ma charakter stosunku pracy:

" o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę nie decyduje formalne zawarcie (podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16 i wcześniejsze),

" stosunek pracy istnieje nawet wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2008 r., sygn. I PK 311/07),

" umowa o pracę jest umową starannego działania; świadcząc umowę o pracę pracownik jest podporządkowany pracodawcy, co do czasu, miejsca i sposobu jej wykonywania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r. sygn. III AUa 490/16 i wcześniejsze)."

Ponadto przekazując zbiór danych osobowych, konieczne byłoby zawarcie umowy powierzenia przetwarzania zbioru danych osobowych, zgodnie z regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. W takiej umowie należałoby zaś określić przedmiot, cel i zakres przetwarzania oraz zawrzeć zobowiązanie Zamawiającego do przestrzegania przepisów ODO (UODO i RODO). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 15.:

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni. Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin składania ofert.

Pytanie 1 Dotyczy projektu umowy par. 3 punkt d

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę istniejącego zapisu w paragrafie 3 punkt d) na zapis o treści:

"w przypadku przeciągającej się naprawy powyżej 14 dni, na pisemny wniosek zamawiającego

Wykonawca udostępni zamawiającemu sprzęt zastępczy o podobnych parametrach"
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany.

Pytanie 2 Dotyczy projektu umowy par. 7 punkt 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zapisu do umowy, paragraf 7 punkt 1 o następującej treści:

"Za wykonanie przeglądów i konserwacji Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami ryczałtowymi wynikającymi ze szczegółowej oferty stanowiącej Załącznik do umowy (Formularz cenowy) w wysokości 1/12 sumy tj: zł brutto. Należność za usługi będzie opłacana przez Zamawiającego "z góry" miesięcznie, na podstawie każdorazowo wystawionej faktury VAT." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dotyczy zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga certyfikatów ukończenia szkolenia serwisowego u producenta na każdy rodzaj (typ oraz model) urządzenia będący przedmiotem zamówienia przetargowego w szczególności monitorów B650 oraz B850? Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 dotyczy zadanie 5

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądów wszystkich aparatów objętych procesem przetargowym zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas przeglądu właściwego dla danego roku przeglądowego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 dotyczy zadanie 5

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 - 0043) ("Dyrektywa MDD") wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych prawach. W rozumieniu więc te

dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności.

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu:

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE." Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6 dotyczy zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej oraz aktualnej fabrycznej dokumentacji, w tym: aktualnych instrukcji serwisowych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych, nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 7 dotyczy zadania 5

Czy Zamawiający wymaga aktualizacji zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji przez cały okres trwania umowy. Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 8 zadanie 5

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu inkubatora zamkniętego zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji	co 36 miesięcy liczone od daty instalacji
O2 Sensor	ü	ü	ü
Filter cylinder servo2	ü	ü	ü
Battery		ü	ü
Fan Motor			ü

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 9 zadanie 5

Czy inkubatory wyposażone są w systemy do resuscytacji produkcji GE Healthcare, który należy uwzględnić w ofercie cenowej przeglądu? Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10 zadanie 5

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu respiratora iVENT 201 zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę

urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas przeglądu zgodnie z terminarzem zawartym w poniższej tabeli ?

Nazwa aparatu	Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 48 miesięcy liczone od daty instalacji
iVent 201	Filtr powietrza	ü	ü
iVent 201	Uszczelka filtra powietrza	ü	ü
iVent 201	Tłumik wyjściowy	ü	ü
iVent 201	Tłumik chłodzenia	ü	ü
iVent 201	Akumulator Respiratora	ü	ü
iVent 201	Czujnik tlenowy O2	ü	ü
iVent 201	Moduł pneumatyki		ü

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 11 zadanie 5

Dla respiratora iVENT201 wytwórca wymaga, aby co cztery lata podczas przeglądu został wymieniony kompletny układ pneumatyki. W związku z powyższym, czy podczas przeglądu czteroletniego Zamawiający wymaga, aby układ taki został wymieniony na fabrycznie nowy moduł, zgodnie z wymogiem wytwórcy dotyczącym wykonania danego przeglądu technicznego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 12 zadanie 5

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu aparatu do znieczulania Aespire 7100, Aespire 7900 oraz Aespire View zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji
Uszczelki gniazd parowników komplet	ü	ü
Zawór grzybkowy wentylatora		ü
Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego		ü
Akumulator aparatu do znieczulania		ü

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 13 zadanie 5

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu aparatu do znieczulania Aisys zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Product Name	Description	co 12 miesiące liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji	co 36 miesiące liczone od daty instalacji	co 48 miesiące liczone od daty instalacji
Aisys	Zawór grzybkowy wentylatora		ü		ü
Aisys	Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego		ü		ü
Aisys	Akumulator aparatu do znieczulania				ü
Aisys	Akumulator wyświetlacza				ü

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 14 zadanie 5

Czy zamawiający wymaga wykonania przeglądu modułu gazowego w monitorach parametrów życiowych zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądownego, liczonego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesiące liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji	co 36 miesiące liczone od daty instalacji	co 48 miesiące liczone od daty instalacji
Zestaw serwisowy 12 miesięczny Moduł E-CXXXXX	ü	ü	ü	ü
Pochłaniacz CO2 modułu gazowego				ü

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 15 zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga posiadania odpowiednich referencji potwierdzających należyte wykonanie usług serwisowych dotyczących aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 16 zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga posiadania opłaconej w odpowiedniej wysokości polisy OC potwierdzającej, że dostawca serwisu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy serwisowej? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 17 zadanie 5

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej ciągłości dostaw usług serwisowych poprzez wymóg udokumentowania posiadania w zespole serwisowym co najmniej dwóch inżynierów serwisowych w pełni przeszkolonych na każdy rodzaj sprzętu będący przedmiotem niniejszego Zamówienia przetargowego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 18 zadanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie parametrów jakościowych, które zapewnią wysoki standard świadczonych usług serwisowych oraz zagwarantują bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu? Okres gwarancji po naprawie oraz czas reakcji serwisu mogą różnicować podmioty na poziomie deklaratywnym przy przystępowaniu do przetargu, jednak w rzeczywistości każdy Wykonawca wskazuje możliwie najkorzystniejsze parametry, aby wygrać postępowanie. Dodatkowo w przypadku pełnego kontraktu "Okres gwarancji po naprawie" może nie być dobrym miernikiem jakości serwisu, ponieważ czas obowiązywania umowy to 12 miesięcy, po których Zamawiający może wybrać inny podmiot świadczący usługi lub zmienić formę świadczonych usług.

Dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo Zamawiającego oraz najwyższy standard świadczonych usług Wykonawca chciałby zaproponować parametr jakościowy, który odróżni Wykonawców od siebie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie parametru ocenianego: Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta -firmy GE 40 %? Kryterium oceny ofert w postaci autoryzacji producenta nie ma charakteru podmiotowego odnoszącego się do właściwości Wykonawcy, ale wskazuje na sposób realizowania usługi i zdolności organizacyjno - techniczne przy jej wykonywaniu tj. stale aktualizowane szkolenia inżynierów serwisowych, spełnianie wysokich norm jakościowych potwierdzane przez niezależne instytucje, badanie i analiza incydentów medycznych na całym świecie, w celu wprowadzania działań naprawczych itp. Zgodnie z orzecznictwem KIO "Sam fakt, że Zamawiający różnicuje podmioty na autoryzowane i nieautoryzowane, lub też, że oczekuje autoryzacji, nie stanowi ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu"(wyrok KIO z dnia 27 października 2017 sygn. akt. KIO 2184/17). Dodając w tym samym wyroku "(...) podmioty autoryzowane ponoszą wyższe koszty, zatem kryteria mogą się równoważyć". Przy braku podobnego parametru jakościowego Zamawiający nie będzie w stanie odróżnić wielu Wykonawców od siebie i rzetelnie ocenić ich ofert, gdyż ostatecznie będzie decydowała cena. A w przypadku życia ludzkiego, szczególnie w Szpitalu Wojewódzkim z jedynym tomografem, sprawność najważniejszego urządzenia diagnostycznego, jego potencjalne długie przestoje lub awarie, to zdrowie i bezpieczeństwo mogą narazić na niebezpieczeństwo. W tym kontekście nie stać Zamawiającego na najtańsze rozwiązania, które w dłuższej perspektywie mogą się okazać bardzo kosztowne.

Wykonawca odsyła Zamawiającego do innych postępowań, pośród wielu, które jako parametr jakościowy wskazały autoryzację producenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie - Nr sprawy 1/ZP/S-TOM/18 oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie - Znak sprawy: CSKDZMIZP-2375/16/05/02/2017. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 zadanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie parametrów jakościowych, które zapewnią wysoki standard świadczonych usług serwisowych oraz zagwarantują bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu? Okres gwarancji po naprawie oraz czas reakcji serwisu mogą różnicować podmioty na poziomie deklaratywnym przy przystępowaniu do przetargu, jednak w rzeczywistości każdy Wykonawca wskazuje możliwie najkorzystniejsze parametry, aby wygrać postępowanie. Dodatkowo w przypadku pełnego kontraktu "Okres gwarancji po naprawie" może nie być dobrym miernikiem jakości serwisu, ponieważ czas obowiązywania umowy to 12 miesięcy, po których Zamawiający może wybrać inny podmiot świadczący usługi lub zmienić formę świadczonych usług.

Dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo Zamawiającego oraz najwyższy standard świadczonych usług Wykonawca chciałby zaproponować parametr jakościowy, który odróżni Wykonawców od siebie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie parametru

ocenianego: Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta -firmy GE 30 %? Kryterium oceny ofert w postaci autoryzacji producenta nie ma charakteru podmiotowego odnoszącego się do właściwości Wykonawcy, ale wskazuje na sposób realizowania usługi i zdolności organizacyjno - techniczne przy jej wykonywaniu tj. stale aktualizowane szkolenia inżynierów serwisowych, spełnianie wysokich norm jakościowych potwierdzane przez niezależne instytucje, badanie i analiza incydentów medycznych na całym świecie, w celu wprowadzania działań naprawczych itp. Zgodnie z orzecznictwem KIO "Sam fakt, że Zamawiający różnicuje podmioty na autoryzowane i nieautoryzowane, lub też, że oczekuje autoryzacji, nie stanowi ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu"(wyrok KIO z dnia 27 października 2017 sygn. akt. KIO 2184/17). Dodając w tym samym wyroku "(...) podmioty autoryzowane ponoszą wyższe koszty, zatem kryteria mogą się równoważyć". Przy braku podobnego parametru jakościowego Zamawiający nie będzie w stanie odróżnić wielu Wykonawców od siebie i rzetelnie ocenić ich ofert, gdyż ostatecznie będzie decydowała cena. A w przypadku życia ludzkiego, szczególnie w Szpitalu Wojewódzkim z jedynym tomografem, sprawność najważniejszego urządzenia diagnostycznego, jego potencjalne długie przestoje lub awarie, to zdrowie i bezpieczeństwo mogą narazić na niebezpieczeństwo. W tym kontekście nie stać Zamawiającego na najtańsze rozwiązania, które w dłuższej perspektywie mogą się okazać bardzo kosztowne.

Wykonawca odsyła Zamawiającego do innych postępowań, pośród wielu, które jako parametr jakościowy wskazały autoryzację producenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszczynie - Nr sprawy 1/ZP/S-TOM/18 oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie - Znak sprawy: CSKDZMIZP-2375/16/05/02/2017. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 5

Wykonawca prosi o podanie czy podczas ostatniego przeglądu w aparaturze zostały wymieniane akumulatory ? Proszę o podanie powyższej w informacji dla każdego z aparatury z powyższego pakietu. Odpowiedź: Akumulatory były wymieniane w razie potrzeby.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 5

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z powyższego pakietu do osobnego aparatury z pozycji nr 5, 6, 20, 21, 43, 44, 45 w celu złożenia konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy zapisów SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert.

Pytanie 1 - Dotyczy wzór umowy §4 pkt. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby naprawa sprzętu odbywała się za pomocą oryginalnych części, certyfikowanych przez producenta sprzętu ? Tak postawiony wymóg pozwoli zabezpieczyć Zamawiającego przed naprawą za pomocą niekompatybilnych części niewiadomego pochodzenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 2 - Dotyczy wzór umowy §6 pkt. 2.c oraz SIWZ pkt. 6.2 punkt w tabeli 2 oraz SIWZ pkt. 8.4 ppkt. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowe certyfikaty producenta poświadczające uprawnienia do naprawy konkretnego typu sprzętu ? Tak postawiony wymóg pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć

się przed dostępem do sprzętu przez osoby nieuprawnione i nieposiadające odpowiedniej wiedzy. Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 3- Dotyczy wzór umowy §7 pkt. 7

Zamawiający wymaga w tym punkcie: "Do kalkulacji Wykonawca dołączy kserokopie faktur zakupu potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem". Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu? Punkt ten wymaga udostępnienia danych wrażliwych, objętych tajemnicą firmową. Tak postawiony zapis uniemożliwi naszej firmie złożenia ważnej oferty w toczącym postępowaniu przetargowym. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4 - Dotyczy zapisów siwz - Pkt. 3 - opis przedmiotu zamówienia - ppkt. 3.5 ppkt. 2 oraz wzoru umowy Par. 2 pkt. 15

Czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem wyznaczonym do realizacji umowy przed zakończeniem terminu jej obowiązywania, Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca wyznaczył innego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę przez Wykonawcę oraz zobowiązał się do przesłania w ciągu 10 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem) kopii umowy o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i placowymi pracownika? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: "Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej jest usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń i który pozostaje w rozsądnej ekonomicznej relacji do wartości umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nie przekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do napraw? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się na wykonywanie prac w godzinach 8-17 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pkt. d) par 3 słowami: "nie dotyczy aparatu Allura Centron" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Zgodnie z ust.2 par 7 Ceny przeglądów i konserwacji nie obejmują kosztów napraw oraz dostaw części zamiennych. Odpowiedź: Tak.

Zgodnie z ust.3 par 7 Koszty dojazdu Wykonawcy do wykonania przeglądów i konserwacji oraz napraw zostały wliczone w ceny tych usług. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z ust. 3 par 7 słów "oraz napraw" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Zgodnie z ust.5 par. 7 łączna wartość wszystkich napraw (w tym części zamiennych) Sprzętu objętego niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto..... zł z zastrzeżeniem, że zapis ten zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy.

Prosimy o wyjaśnienie zasad, na jakich maksymalna kwota brutto kosztów napraw (w tym części zamiennych) będzie określana. Odpowiedź: Wartość nie może przekroczyć kwoty brutto wartości umowy. Maksymalna kwota brutto kosztów naprawy zostanie ustalona szacunkowo.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Zgodnie z ust.5 par. 7 łączna wartość wszystkich napraw (w tym części zamiennych) Sprzętu objętego niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty brutto,.... zł z zastrzeżeniem, że zapis ten zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy.

Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy zapisem obowiązującym w przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty, brutto kosztów napraw (w tym części zamiennych) przed upływem okresu obowiązywania umowy. Odpowiedź: Wartość nie może przekroczyć kwoty brutto wartości umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty, brutto kosztów napraw (w tym części zamiennych) przed upływem okresu obowiązywania umowy, umowa taka staje się nieaktualna.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Zgodnie z ust.7 par 7 wykonawca jest zobowiązany do załączenia do kalkulacji kserokopii zakupu potwierdzonych na zgodność z oryginałem.

W przypadku autoryzowanego serwisu producenta faktury zakupu części zamiennych stanowią poufną informację handlową firmy. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wyraża zgodę na uzupełnienie ust.7 par 7 zdaniem: "Obowiązek załączenia fotokopii faktur zakupu części zamiennych nie dotyczy autoryzowanego serwisu producenta Sprzętu" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Zał. 3 wzór umowy

Zgodnie z ust.1 par. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zlecenia intarwencyjnego u innego wykonawcy. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy wyraża zgodę na uzupełnienie ust.1 par. 11 słowami "posiadającego autoryzację producenta Sprzętu".

Zapytanie to umotywowane jest troską o bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika, zagwarantowane w przypadku fachowego, zgodnego z instrukcją producenta Sprzętu wykonania zlecenia przez przeszkolony personel. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dot.formularza cenowego, zadanie częściowe 3,

Zamawiający specyfikuje ilość przeglądów w okresie trwania umowy = 1.

Producent sprzętu Allura Centron zaleca wykonanie dwóch przeglądów w ciągu 12 miesięcy. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z "1" przegląd w okresie trwania umowy na "2" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów oraz monitorów wchodzących w zakres zadania nr 5 uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty. Odpowiedź: Akumulatory były wymieniane w razie potrzeby.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych w zadaniu nr 5? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty. Odpowiedź: 2010-2011.

Pytanie nr 3:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zamawiający informuje, że SIWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że modyfikacja odpowiedzi, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego została rozesłana do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz którzy zadali pytania i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert oraz godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

szpital Wojewódzki w Poznaniu
...ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Karol Chojnacki
lekarz