



Pismo: CRZP/89/2017/AEZ/10

Gdynia dnia: 2018-05-22

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ\_2**

*Szanowni Państwo*  
*Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach  
Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni  
zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych  
Modernizacja Laboratorium Inżynierii materiałowej”**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do części 6 - Multimetr

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr z 43-segmentową skalą analogową oraz odświeżaniem 10 x sek?

**Odpowiedź: dopuszcza się multimetry z 43-segmentową skalą oraz odświeżaniem 10 x sek.**

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół d/s Zamówień Publicznych:  
Główny Specjalista  
*Anita Brunowicz*  
Anita Brunowicz