



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/22/D/N/AC/2018/74/2018

Limanowa dnia: 2018-05-25

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2018-04-18, 2018-04-24, 2018-05-04 2018-05-05 2018-05-07 i 2018-05-08 wpłynęły prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 2 Druty do wiązania odłamów kostnych o dł. 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 2

Zadanie nr 2

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający zamiast gwoździ opisanych w poz. 1 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ śródszpikowych typu Gamma o następujących parametrach:

Śródszpikowy gwóźdź typu Gamma do zespoleń złamań okołokrętarzowych kości udowej z 6 stopniową antetorsją o kącie szyjkowo - trzonowym 125, 130 i 135 stopni, wersja kaniulowana, średnice 10-12mm w wersji krótkiej dł.180-240mm, w wersji długiej lewy, prawy, dł. 280-420mm, materiał tytan. Gwóźdź blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm, długość od 70-120mm wraz ze śrubą kompresyjną, możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 1c) pina antyrotacyjnego ø6,5mm zamiast opisanej śruby w w/w pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 1d) śrub ryglujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 -Czy w poz.1e) Zamawiający zgodzi się uwzględnić śrubę kompresyjną i jednocześnie zwiększy według potrzeb ilość sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- §2 ust. 2 oraz w §4 ust. 3 oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym zadania nr 2 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- §2 ust. 2 oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym zadania nr 1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6 lit a, iż Wykonawca dokonuje bezpłatnych napraw instrumentarium o ile uszkodzenia nie powstały z winy Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2 pkt 5 oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym, iż instrumentarium do usuwania gwoździ zostanie dostarczone w terminie 2 dni roboczych od wezwania na czas trwania zabiegu? Z uwagi na to, że zabiegi usuwania implantów są zabiegami planowanymi prosimy o zmianę zapisu o pozostawieniu do dyspozycji Zamawiającego instrumentarium do usuwania gwoździ po zakończeniu umowy w taki sposób, aby wynikało z niego, że ww. instrumentarium będzie dostarczane każdorazowo na zabieg usunięcia implantu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający w §7 ust. 2 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną oferowaną, a ceną zamówienia zastępczego?

Odpowiedź: W & 7 ust. 1 na koniec zdania Zamawiający dodaje zapis: o ile nastąpiły z przyczyn Wykonawcy.

Pytanie nr 10 - Czy zamawiający usunie słowo „wszelkie” w §7 ust. 1 i ust. 2, oraz czy zamawiający doprecyzuje w ust. 1, iż niewykonanie umowy musi być zawinione przez Wykonawcę?

Obecny zapis jest nieprecyzyjny, a co za tym idzie wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 z 2% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Zestaw 3

Pytanie nr 1 - do pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



- Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźa 180 mm, średnica części bliższej gwoźdźa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoźdźa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna \varnothing 8 mm.
- Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoźdźa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoźdźa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna \varnothing 8 mm. Gwoździe prawe/lewe.
- Śrubę główną (ciągnącą) tytanową sterylną \varnothing 10.5 mm, dł. 70-120 mm.
- Śrubę blokującą tytanową, sterylną \varnothing 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm.
- Zaślepkę tytanową sterylną \varnothing 11 mm standardową i \varnothing 15.5 mm o dł. 5-10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw 4

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści również endoprotezę stawu ramiennego odwróconą z beztrzępieniową podstawą głowy (Nano), 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, mocowanie pres-fit, rozmiary 30-40 mm.

Opcjonalnie:

- bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, o długości 122mm, 83 mm i 55 mm oraz średnicach 4-20 mm.

- 45 typów trzpieni

Mocowanie części łopatkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych,

- podstawa części łopatkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością

- głowy części łopatkowej o średnicach 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach

- odwrócona panewka - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach oraz wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach.

Narzędzia i implanty dostarczane po uzgodnieniu terminu zabiegu. Przeszkolenie personelu w zakresie implantowania i obsługi instrumentarium?"

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie „Loaner Set”

tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw 5

Pytanie nr 1

Pytanie do Pakietu nr: 2 – Gwoździe śródszpikowe typu Gamma

Dot. Pkt 1–1e

Czy zamawiający dopuści w pkt. 1: Gwóźdź anatomiczny typu Gamma . Średnica gwoźdźa w części proxymalnej mierzona od strony boczno - przyśrodkowej \varnothing 15.8mm, natomiast od strony tylna-przedniej \varnothing 17mm. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: \varnothing 9mm, 10mm, 11mm oraz 12mm. Boczno - przyśrodkowe zagięcie gwoźdźa wynosi 6° co umożliwi wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170mm, 200mm oraz 240mm. Długości gwoździ długich: 300mm, 340mm, 380mm, 420mm.

oraz

Śruba główna nie wymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający przed jej rotacją. Śruba posiada helikalne ostrze. Średnica śruby \varnothing 10.5mm , długości L= 75mm-120mm z przeskokiem co 5mm.

Śruba do blokowania dystalnego z gwinem hexagonalnym o średnicy \varnothing 4.9mm i długościach L= 26mm-80mm z przeskokiem co 2mm, oraz o długości L=85mm.

Zaślepka \varnothing 12mm

W w/w systemie nie ma konieczności stosowania śruby doszyjkowej gwintowanej. Wnosimy o dopuszczenie w pkt 1b i 1C tego samego rozwiązania, którym jest śruba z ostrzem helikalnym.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw 6

ZADANIE nr 3

Pytanie nr 1

POZ. 2 a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych dł. 5 metrów śr. 0,45 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie nr 2

POZ. 2 g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych dł. 5 metrów śr. 1,25 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA