



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/35/Rb/N/AC/2018/87/2018**

Limanowa dnia: 2018-06-27

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-06-21 i 2018-06-25 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Zestaw nr 1**

**Pytanie 1.** Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej do szybkiego transportu próbek i leków?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 2.** Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby stacji w instalacji oraz średnicy rurociągów.

**Odpowiedź: Instalacja nie jest wymagana.**

**Zestaw nr 1**

**I. Most sufitowy 1 stanowiskowy:**

**Pytanie 1.** Punkt 1 OPZ. Czy Zamawiający dopuści most zawieszony na 2 kolumnach nośnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2.** Punkt 7 OPZ. Czy Zamawiający dopuści most bez separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w belce. Prowadzenie instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w osobnych kanałach nie jest wymagane żadną normą.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3.** Punkt 18 OPZ. Czy Zamawiający dopuści ramię do mocowania drążka infuzyjnego o obciążeniu maksymalnym równym 25 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4.** Punkt 19 OPZ. Czy Zamawiający dopuści, aby kolumna obrotowa od strony monitoringu była wyposażona w dwie półki lecz tylko jedna z półek będzie wyposażona w dwie szuflady. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**II. Most sufitowy 3 stanowiskowy:**

**Pytanie 1.** Punkt 7 OPZ. Czy Zamawiający dopuści most bez separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w belce. Prowadzenie instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w osobnych kanałach nie jest wymagane żadną normą.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2.** Punkt 18 OPZ. Czy Zamawiający dopuści ramię do mocowania drążka infuzyjnego o obciążeniu maksymalnym równym 25 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

**Pytanie 3.** Punkt 19 OPZ. Czy Zamawiający dopuści, aby kolumna obrotowa od strony monitoringu była wyposażona w dwie półki lecz tylko jedna z półek będzie wyposażona w dwie szuflady. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA