



# SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Suwałki, dnia 05/07/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.291/34/PN/MN/2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 34/PN/MN/2018**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **Uczestnik 1**

### **Pytanie nr 1**

Upieramie prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 9, 10, 11 i stworzenie odrębnego pakietu na mieszaninę.

Rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do obu pakietów większej liczbie oferentów, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych, co jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 2**

Zamawiający nie uwzględnił w formularzu cenowym urządzenia (zaworu „na żądanie”) niezbędnego do podaży mieszaniny tlenu i podtlenu azotu. Jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania niniejszego urządzenia prosimy o uwzględnienie zapotrzebowania w formularzu cenowym.

Odpowiedź: zgodnie z formularzem asortymentowo –cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający stosuje gaz medyczny sprężony, mieszaninę podtlenu azotu i tlenu w ilościach po 50% w położnictwie?

Odpowiedź: Mieszanina gazów zawierająca 50% podtlenu azotu i 50% tlenu w butlach o pojemność 5 lub 10 lub 11 litrowych stosowana jest jako gaz medyczny i służy do uśmierzania bólu podczas porodów.

### **Pytanie nr 4**

Jeżeli odpowiedź na pytanie 3 brzmi „tak”, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego mieszaniny 50% podtlenu azotu i 50% tlenu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty?

Informacje zawarte w ChPL są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkreśla również w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają być użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż planowany zakup Mieszaniny gazów zawierająca 50% podtlenu azotu i 50% tlenu służy do uśmierzania bólu w butlach ( o pojemność 5 lub 10 lub 11 litrowych) będzie stosowany na Oddziale Ginekologii , Patologii Ciąży i Położnictwa podczas porodów

### **Pytanie nr 5**

Czy, mając na uwadze wygodę personelu, Zamawiający dopuszcza butlę, której podstawa zaopatrzona jest w kółeczka, umożliwiające jej łatwe transportowanie. Podstawa na kółeczkach jest integralną częścią butli i nie zmniejsza jej stabilności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 6**

Czy, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych ustników z filtrami o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenie tego oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

## Uczestnik 2

### **Pytanie nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy poz. 14 Azot skroplony**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji asortymentowej oraz utworzenie odrębnego pakietu. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie rozszerzy krąg potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ poprzez wydzielenie do odrębnego zadania pozycji nr 14.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 38 ust. 4a, dokonuje modyfikacji w zakresie:

Rozdziału XIII SIWZ - **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO**

Jest:

LP	NAZWA KRYTERIUM	WAGA
1	CENA	60 %
2	Termin dostawy	40%

Powinno być:

LP	NAZWA KRYTERIUM	WAGA
1	CENA	100 %

### **Rozdział VII SIWZ - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ,JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Jest:

1. Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części .
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Powinno być:

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na **2** części .
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w **załączniku nr 5 do SIWZ**. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skompletowania całości zamówienia spośród wszystkich ofert całkowitych i częściowych zgodnie z podanymi niżej kryteriami oceny oferty.

W związku z udzielanymi odpowiedziami i modyfikacjami ,Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 13/07/2018r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13/07/2018r. godz. 13:00

Odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 34/PN/MN/2018 z dnia 29.06.2018r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach