



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/39/D/Nu/A/2018/98/2018**

Limanowa dnia: 2018-07-24

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-07-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony** – procedura poniżej 30 000 € na:

**Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz testów moczowych do wykrywania narkotyków ujęte w 2 zadaniach.,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1**

dotyczy wzoru umowy w § 5 ust. 3;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 5 ust. 3 poprzez zmianę odsetek za nieterminową zapłatę - nie wyższe od ustawowych na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle te same ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis IWZ bez zmian

**Pytanie 2**

dotyczy pakietu 2., pozycja 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowanie testu zanurzeniowego wykrywającego następujące dopalacze: ABP 10 ng/mL, CAT 150 ng/mL, MEP 100 ng/mL, MDPV 1000 ng/mL i Spice/K2 50 ng/mL. AB-PINACA jest obecnie częściej spotykanym dopalaczem i możliwość zaoferowania Zamawiającemu powyższego zestawu składników dopalaczy, przyniesie korzyści w postaci wykrywania bardziej popularnych dopalaczy i tym samym lepsze leczenie osób zażywających.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 3**

dotyczy pakietu 2., pozycja 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowanie testu 10-parametrowego o następujących czułościach: AMP 1000 ng/mL, BAR 300 ng/mL, BZD 300 ng/mL, COC 300 ng/mL, MDMA 500 ng/mL, MET 1000 ng/mL, MOR/OPI 300 ng/mL, MTD 300 ng/mL, TCA 1000 ng/mL, THC 50 ng/mL?

**Odpowiedź: Tak**

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA