



**SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH**

Suwałki, dnia 01/08/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.321/39/PN/MN/2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 39/PN/MN/2018**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn." Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej" w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości pracy na otwartym sercu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada długość badania automatycznego wynoszące 10 sek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada częstotliwość próbkowania 1600 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielanymi odpowiedziami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 06/08/2018r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 06/08/2018r. godz. 13:00

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 39/PN/MN/2018 z dnia 26/07/2018r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach