



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/40/D/N/L/2018/102/2018

Limanowa dnia: 2018-08-07

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-08-03,06 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku ujętych w 11 zadaniach asortymentowych,

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Zamkniętego systemu do odsysania do rurek intubacyjnych CH 14/16 i długości 54 cm z możliwością stosowania przez min. 72h z kluczem do rozłączania układu i elastycznym łącznikiem w zestawie, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; zamknięty system powinien posiadać przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem, wyraźny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; sam cewnik musi być miękki i zaokrąglony na końcu, z otworem centralnym i z dwoma otworami naprzemianległymi, łącznik podwójnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym do podawania leków w aerozolu, bezzwrotny port do płukania cewnika. Dopuszczenie zestawu pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 5 poz. 2. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy jednorazowej do trudnych intubacji, typu Bougie, elastycznej, jednorazowej zapewniającej odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze. Sterylna, pojedynczo pakowana w sztywnym futerale.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 5 poz. 2. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 5 co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra o następujących parametrach:

"Filtr do płynów na 96 godzin, dla noworodków i małych dzieci, zawierający linię 5 cm przed i 10 cm za filtrem wykonaną z PUR (1,0 x 2,0 mm), membrana 0,2 um o dodatnim ładunku elektrostatycznym, zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby i cząsteczki nieorganiczne, endotoksyny i inne mikroorganizmy, z samoodpowietrzaniem, powierzchnia filtrowania - 2,3cm², objętość wypełnienia - 0,5 ml"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZADANIE 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 sterylnego adaptera do bronchoskopii z obrotowym łącznikiem do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

ZADANIE 4 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 mikrobiologicznie czystego obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 rury karbowanej, ciętej co 50 cm, spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA