



Pismo: CRZP/80/2018/AEZ/8

Gdynia dnia: 2018-08-20

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Dostawa spektrofotometru dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - powtórne”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. (Dot. pkt. 3) Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z monochromatorem Czerny-Turnera.

Monochromator Czerny-Turnera w porównaniu z monochromatorem Seya-Nemioka generuje mniejsze szумы przez co pomiary na aparatach wyposażonych w ten typ monochromatora dają stabilniejsze i bardziej powtarzalne wyniki.

Odpowiedź:

2. (Dot. pkt. 16) Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z kolorowym ekranem dotykowym ciekłokrystalicznym o przekątnej 6 cali (ok. 15.3 cm).

Wszystkie funkcje są bardzo dobrze widoczne i ich rozkład na ekranie umożliwia w pełni komfortową pracę nawet dla najbardziej wymagającego Użytkownika.

3. (Dot. pkt. 18) Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z 4 portami USB zamiast portu Centronics oraz RS-232.

Porty RS-232 oraz Centronics wyszły z powszechnego użycia ponad dekadę temu. Obecnie drukarki z portami Centronics są nawet kilkakrotnie droższe od standardowych drukarek z portami podłączeniowymi USB. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli Państwu użycie nowszych drukarek oraz zapewni komfort.

4. (Dot. pkt. 21) Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z możliwością zapamiętania jednej linii bazowej.

Wszystkie nowoczesne spektrofotometry, aby być zgodnymi z wymaganiami GLP/GMP i aby zapobiec możliwości „wpływania” na wyniki zostały ograniczone do możliwości zapamiętania jednej linii bazowej. Możliwość



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni

zapamiętania trzech różnych linii bazowych niestety nie spełnia takich wymogów przez co nie stosuje się jej w najnowszych aparatach.

5. (Dot. pkt. 21) Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr z możliwością zapisu wyników w formatach: ASCII, csv oraz przenoszenie danych graficznych i tekstowych (widm, metod, wyników) do program Excel.

Odpowiedź 1-5: Zamawiający nie wyraża zgody

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Specjalista
Anna Kolesińska
Anna Kolesińska