



Poznań, 21.08.2018 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-191/18

Do Wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawę odczynników chemicznych, szkiełek podstawowych i nakrywkowych oraz żyłek mikrotonowych dla SZOZnMiD w Poznaniu.***

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.08.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 6) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 – Pakiet 1 Poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania barwnik Papanicolau EA50? Odczynnik ten pozwala na szybsze niż EA36 wykonywanie barwień ze względu na większe stężenie substancji barwiących.

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie 2 – Pakiet 1 Poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Formalina 10% zbuforowana gotowa do użycia w opakowaniach 20 litrowych z kranikiem ułatwiającym dozowanie z przeliczeniem zamawianej ilości zaokrąglając do pełnego opakowania w górę tj. 38 opakowań po 20l?

Odp. Nie

Pytanie 3 – Pakiet 1 Poz. 9:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania parafinę w opakowaniach 1 kg lub 10 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp. Tak.

Pytanie 4 – Pakiet 1 Poz. 10:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania odczynnik Giemsy w opakowaniach 1 litr z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp. Tak.

Pytanie 5 – Pakiet 3:

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania nożyków mikrotomowych tego samego producenta, co przekłada się na ustandaryzowanie wysokiej jakości dla każdego rodzaju zaproponowanych ostrzy?

Odp. Tak.

Pytanie 6 – Pakiet 3:

Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania do każdej pozycji z osobna nożyków mikrotomowych innego rodzaju (tj. o innym numerze katalogowym)? Nożyki uniwersalne tj. o tym samym nr. kat. stosowane do wielu pozycji mogą charakteryzować się szybszym zużyciem przy wykorzystaniu ich w pracy z twardym materiałem tkankowym zaś powodować marszczenie się skrawanego bloczka przy pracy z materiałem miękkim.

Odp. Proszę o zaproponowanie do każdego typu nożyków (N35 i R35) osobnych numerów katalogowych.

Pytanie 7 – Pakiet 3:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby żyletki mikrotomowe były kompatybilne z uchwytem do żyletek mikrotomowych F 80 mini o długości 80mm - tj. dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców żyletki ?

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Karolina Krzymińska

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke, 61 850 62 95, karolina.prentke@szoz.pl