



Poznań, 27.08.2018 r.

ADZP-381-41/18

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.08.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa biodegradowalnego żelu i igieł do biodegradowalnego żelu dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1:**

**Zapytanie nr 1 do pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wyrobu medycznego równoważnego przeznaczonego do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowych u dzieci typu o następujących parametrach:

Postać: biokompatybilny, niewchłaniający, syntetyczny preparat do iniekcji w postaci hydrożelu  
Skład: polyacrylate/polyalcohol copolimer (PPC), 40% glicerol.


Wielkość cząsteczek: średnia wielkość cząsteczek 300 um powoduje brak migracji w obrębie iniekcji oraz do innych tkanek.

Zestaw składa się z 1 strzykawki 1 ml oraz 1 igły.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wyrób medyczny (preparat) jest biodegradowalny i zawiera kwas hialuronowy.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Marzena Kizyńska

Sprawę prowadzi: Milena Sitarz, 61 850 62 95, [milena.sitarz@szoz.pl](mailto:milena.sitarz@szoz.pl)