



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/44/D/N/L/2018/111/2018

Limanowa dnia: 2018-08-30

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-08-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy szwów chirurgicznych ujęte w 6 zadaniach asortymentowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1 - Dotyczy Zadania nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 55%-60% w 6 tygodniu, pozostałe parametry zgodne z S.I.W.Z?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1,2,3,4,5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwu o długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 - Dotyczy Zadania nr 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach, pozostałe parametry zgodne z S.I.W.Z?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 - Dotyczy Zadania nr 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego o czasie podtrzymywania tkankowego około 80% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 20% po 28 dniach, pozostałe parametry zgodne z S.I.W.Z?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 - Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 19mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Zadania nr 3 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 22mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Dotyczy Zadania nr 3 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu o długości 75cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Dotyczy Zadania nr 3 poz. 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu o długości 100cm.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dotyczy Zadania nr 3 poz. 8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrótnie tnącej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Dotyczy Zadania nr 4 poz. 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 17mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Dotyczy Zadania nr 4 poz. 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 20mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Dotyczy Zadania nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Zadaniu szwu plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 - 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu poliestrowego powlekanego silikonem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 - Dotyczy Zadania nr 6, poz. 2-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwu poliestrowego powlekanego silikonem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 - Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1-3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 - Dotyczy Zadania nr 6 poz. 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrótnie tnącej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 1, pozycje 1-8

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wytrzymałość na rozciąganie dla nici chirurgicznych wynosi około 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia. Nici wykazują minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 6 miesięcy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o rozmiarze nici 4/0 oraz o długości szwu 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 1, pozycje 2-7

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości szwu 75cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 2, pozycje 1-23

Czy Zamawiający dopuści plecione szwy wchłaniające wykonane z Lactomer™ (syntetyczny poliestr złożony z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego). Szwy powlekane są mieszkanką kopolimeru kaprolaktanu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia. Wytrzymałość: około 140% dla USP i EP, a średnia minimalna wytrzymałość węzła wynosi około 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie następuje między 56 a 70 dniem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 2, pozycje 1, 3, 5, 7, 9

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości szwu 3x75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości szwu 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości igły 20 mm oraz o długości szwu 75 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Pakiet nr 3, pozycje 3-6

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości szwu 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości szwu 45 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny o długości szwu 75 cm oraz o igle okrągłej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 - Zadanie 1.

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach szew wchłaniający, syntetyczny, jednowłóknowy, polidoksanon, efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 182-238 dni, igły o zwiększonej stabilności w imadle, o atraumatycznym przekroju ciała igły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie 1.

Czy Zamawiający pod pojęciem „o kwadratowym, atraumatycznym przekroju ciała igły” rozumie i będzie wymagał przekrój typu I-BEAM (jak przedstawiono poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Zadanie 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach szew niewchłaniający, syntetyczny, polipropylenowy, jednowłóknowy, wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu, pakowany z bezpośrednim dostępem do igły i w sposób minimalizujący efekt „pamięci” szwów umożliwiające łatwiejsze posługiwanie się nim przez chirurgów i pielęgniarki?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- Zadanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał szew idealnie gładki, posiadający zdolność dynamicznego dopasowania do średnicy naczynia, kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenie węzła zapobiegające jego rozwiązaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Zadanie 4

Czy Zamawiający pod pojęciem „o kwadratowym, atraumatycznym przekroju ciała igły” rozumie i będzie wymagał przekrój typu I-BEAM (jak przedstawiono poniżej)?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Zadanie 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 17 mm, 4/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Zadanie 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Zadanie 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Zadanie 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, poliglaktyna 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1) pokryta mieszaniną poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), efektywny okres podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni, 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach, okres wchłaniania do 42 dni.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści również igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Szpital Powiatowy w Limanowej
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
[Signature]
lek. med. Mariusz Bobula

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA