



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/47/D/N/AC/2018/115/2018

Limanowa dnia: 2018-09-06

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2018-09-04, 2018-09-05 i 2018-09-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 18 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Pakiet 15 :

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 - Dotyczy: Zadanie nr 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 igieł do szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem zdejmowalnym typu młotek, sterylne, z blokową regulacją głębokości wkłucia; rozmiar 15G; regulacja 30 - 50 -70 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych, wewnętrznie chlorowanych, o grubości ścianki palca min. 0,07mm, o grubości dłoni min. 0,06mm, AQL 1,5? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby długość, grubości, poziom AQL, wyniki na przenikanie substancji chemicznych zgodne z EN 373-3, EN 455, EN 364, ASTM 1671 były potwierdzone kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dopuszczenie do kontaktu z żywnością było potwierdzone świadectwem jakości zdrowotnej PZH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 - Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 13 - SIWZ pkt 8.4.4).4 i SIWZ pkt 8.4.4).5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, zgodnie z zapisami w Formularzu asortymentowo-cenowym, wymaga potwierdzenia zgodności z normami EN374-3 (przenikalność chemiczna) oraz ASTM F1671 (przenikalność wirusowa) badaniami wystawionymi przez jednostkę niezależną.

Pragniemy nadmienić, że badania wg norm EN374-3 oraz ASTM F1671 są wykonywane przez niezależne laboratoria a nie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normami EN374-3 (przenikalność chemiczna) oraz ASTM F1671 (przenikalność wirusowa) - badania wystawione przez jednostkę niezależną.

Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z EN 374-1 (z wył. pkt 5.3.2), 2, 3. Pragniemy nadmienić, iż pkt 5.3.2 dotyczy rękawic chemoodpornych, stosowanych głównie w przemyśle.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 5

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- chlorowanych, w miejsce polimeryzowanych;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- o grubości w strefie dłoni 0,05mm;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- o poziomie AQL 1,5;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- zgodnych z EN 374-1 (z wył. 5.3.2) -2-3;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

pozostałe parametry bez zmian.

Zestaw nr 6

Pytanie nr 1 - Zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości pojedynczej ścianki na palcach min. 0,10mm +/- 0,01mm, na dłoni min. 0,07 +/- 0,01 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - DO SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw nr 7

Pytanie nr 1 - Zadanie 1 pakiet II pozycja 2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 2 - Zadanie 1 pakiet III pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 3 - Zadanie 1 pakiet IV pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 4 - Zadanie 5 pozycja 1.2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor . TS – G3.

Pytanie nr 5 - Zadanie 5 pozycja 1.6, 1.7

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 5 wydzieli pozycje: 1.6, 1.7 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 - Zadanie 5 pozycja 1.8

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor – 2017003-003

Pytanie nr 7 - Zadanie 7 pozycja 3

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 7 wydzieli pozycje: 3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - Zadanie 9 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 9 - Zadanie 10 pakiet III pozycja 1

Prosimy zamawiającego o podanie rodzaju zakończenia czujnika. Klips czy silikon ?

Odpowiedź: Silikon.

Pytanie nr 10 - Zadanie 10 pakiet III pozycja 2

Prosimy zamawiającego o podanie rodzaju zakończenia czujnika. Klips czy silikon ?

Odpowiedź: Silikon.

Pytanie nr 11 - Zadanie 11 pakiet III pozycja 1

Prosimy zamawiającego o podanie długości czujnika. 1 metr czy 3 metry ?

Odpowiedź: 1 metr.

Pytanie nr 12 - Zadanie 11 pakiet III pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 13 - Zadanie 11 pakiet III pozycja 2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Prosimy zamawiającego o podanie długości czujnika. 1 metr czy 3 metry ?

Odpowiedź: 3 metry.

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający uzna.

Zestaw nr 8

Pytanie nr 1 - Zadanie 1

Poz. II. Akcesoria do kardiomonitora firmy Mindray PM 6000 Pkt. 1

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze PM6000: Nellcor/Nellcor Oximax czy Masimo lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie użytkowanych czujników.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 2 - Poz. III.1 Akcesoria do kardiomonitora firmy Mindray PM 9000 Pkt. 1

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze PM9000: Nellcor/Nellcor Oximax czy Masimo lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie użytkowanych akcesoriów

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 3 - Poz. IV.1 Akcesoria do kardiomonitora firmy Mindray IMEC12 Pkt. 1

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze IMEC12: Nellcor/Nellcor Oximax czy Masimo lub prosimy o podanie nr katalogowych obecnie użytkowanych akcesoriów

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 4 - Zadanie 5 , Poz. 1.6 i 1.7

Prosimy o wydzielenie poz. 1.6 i 1.7 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 - Zadanie 9

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada w monitorze Spacelabs moduł Novamatrix.

Odpowiedź: Moduł Novamatrix.

Zestaw nr 9

Pytanie nr 1 - Dotyczy Zadania nr 1 poz. I.1, I.2

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki/kable.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Zadania nr 1 poz. II.1, II.2

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki/kable.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 3 - Dotyczy Zadania nr 1 poz. III.1, III.2

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki/kable.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 4 - Dotyczy Zadania nr 1 poz. IV.1, IV.2

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki/kable.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 5 - Dotyczy Zadania nr 2 poz. I.1, I.2

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki/kable.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2.1

Prosimy o określenie technologii, w jakiej mają być wykonane czujniki/kable.

Odpowiedź: Technologia Nellcor.

Pytanie nr 7 - Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1.7

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Prosimy o podanie numeru katalogowego pułapki obecnie stosowanej u Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: RFF 876446-HEL

Pytanie nr 8 - Dotyczy Zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dotyczy Zadania nr 7

Wnosimy o rezygnację z zapisu dot. autoryzacji i dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązujących przepisów. W obecnej sytuacji, ofertę może złożyć jeden wykonawca. Zamawiający tym samym wykluczył wykonawców oferujących produkty równoważne lub oryginalne, co stoi w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa wymóg.

Zestaw nr 10

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 4 poz. 1.1, poz. 1.2

Prosimy o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 10/12 ml ,20/22 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 11

Pytanie nr 1 - Dotyczy: NZ/47/D/N/AC/2018, Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznej aspiracji na mostku w rozmiarze 15G o długości 6,8cm które można wykonać, regulując ogranicznik igły, aby kontrolować głębokość penetracji. Ogranicznik igły może zostać usunięty przy zasysaniu przy grzebieniu biodrowym. Złącze Luer Lock na rękojeści służy do bezpiecznego zamocowania strzykawki. Regulowany, zdejmowany ogranicznik igły bezpiecznie kontroluje głębokość penetracji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - Dotyczy: NZ/47/D/N/AC/2018, Zadanie nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści automatyczny instrument jednorazowego użytku w rozmiarze 14G o długości 15cm, 20cm do biopsji tkanek miękkich. Łatwy w obsłudze instrument może być obsługiwany jedną ręką pozostawiając drugą rękę wolną do manipulowania urządzeniem prowadzącym np.: ultrasonografem. Regulowana długość komory skrawającej (19mm lub 9,5 mm) zapewnia kliniczną elastyczność. Każda igła posiada echogeniczną końcówką do dokładnego określenia położenia pod ultrasonografem wraz z numerycznym centymetrowym oznaczeniem w celu precyzyjnego określenia głębokości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA