



Poznań, 09 10 2018 r

Znak sprawy: ADZP-381-A-218/18

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa opakowań do sterylizacji, wskaźników kontroli mycia mechanicznego, wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoriów eksploatacyjnych do sterylizacji i myjek do mycia ciała dla SZOZnMiD w Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05. i 08. 10. 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 6) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające oznaczenie kierunku otwierania umieszczone na papierze na linii zgrzewu od strony folii?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – Pakiet 2 Poz. 6:

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 75x25-35x100 Zamawiający dopuści rękaw 75x45x100?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – Pakiet 2 Poz. 7:

Czy w miejsce rękawa o wymiarach 150x40-50x100 Zamawiający dopuści rękaw 150x55x100?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Pakiet 4 Poz. I.3:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 – Pakiet 4 Poz. I.4:

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – Pakiet 4 Poz. II.1:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 10 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – Pakiet 4 Poz. II.3:

Czy Zamawiający dopuści testy szybkiego odczytu w czasie 3-5 godzin w przypadku pozytywnego oraz końcowym wyniku negatywnym po 10 godzinach?

Odp. *Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z Ogłoszeniem.*

Pytanie 8 – Pakiet 5 Poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści markery w kolorze zielonym?

Odp. *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 9 – Pakiet 5 Poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. *Przedmiotem zamówienia są opakowania po 500 sztuk.*

Pytanie 10 – Pakiet 5 Poz. 5:

Zamawiający wymaga etykiet z przeznaczeniem do metkownicy – prosimy o podanie, jakie metkownice (rodzaj zapisu, ilość rzędów) posiada Zamawiający?

Odp. *Metkownica 3-rzędowa, alfanumeryczna, 10 znakowa.*

Pytanie 11 – SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. *Zamawiający informuje, iż w postępowaniu do 30 tyś euro a z takim mamy do czynienia Wykonawcy nie składają oświadczenia o przynależności do grup kapitałowych.*

Pytanie 12 – Pakiet 6 Poz. 1

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m². Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m² ?

Odp. *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

Pytanie 13 – Pakiet 6 Poz. 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odp. *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

Pytanie 14 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów foliowo-papierowych posiadających wszystkie oznaczenia, w tym informację o kierunku otwierania, umieszczone na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odp. *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 15 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

Odp. *Zamawiający wymaga oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.*

Pytanie 16 – Pakiet 2:

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. *Zamawiający wymaga oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.*

Pytanie 17 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odp. *Zamawiający wymaga oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.*

Pytanie 18 – Pakiet 1 Poz. I 1-8:

Czy Zamawiający aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakiety 1 pozycje I 1-8 do odrębnego pakietu?

Odp. *Nie, zgodnie z Ogłoszeniem.*

Pytanie 19 – Pakiet 1 Poz. II 1-6:

Czy Zamawiający aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakiety 1 pozycje II 1-6 do odrębnego pakietu?

Odp. *Nie, zgodnie z Ogłoszeniem.*

Pytanie 20 – Pakiet 1 Poz. I 1-8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej, o gramaturze papieru 60g/m², który dzięki materiałom o bardzo dobrej jakości, posiada wysokie parametry wytrzymałości, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (potwierdzenie w karcie danych technicznych)? Pozwoli to zaoferować produkt znacznie tańszy.

Odp. *Nie, zgodnie z Ogłoszeniem.*

Pytanie 21 – Pakiet 1 Poz. I 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 75 mm x 200 mm w zamian za 75 mm x 210-250 mm?

Odp. *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 22 – Pakiet 1 Poz. I 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 210 mm x 400 mm lub 250 mm x 500 mm w zamian za 150-200 mm x 500-610 mm?

Odp. *Nie, zgodnie z Ogłoszeniem.*

Pytanie 23 – Pakiet 1 Poz. I 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 150 mm x 50 x 380 mm lub 200 mm x 50 mm x 400 mm w zamian za 150 mm x 50-60 mm x 460-500 mm?

Odp. *Zamawiający dopuszcza torebki w rozmiarze 200 mm x 50 mm x 400 mm.*

Pytanie 24 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej, o gramaturze papieru 60g/m², który dzięki materiałom o bardzo dobrej jakości, posiada wysokie parametry

wytrzymałości, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (potwierdzenie w karcie danych technicznych)? Pozwoli to zaoferować produkt znacznie tańszy.

Odp. *Nie, zgodnie z Ogłoszeniem.*

Pytanie 25 – Wzór umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedz na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odp. *Zamawiający nie jest w stanie określić ilości procentowej wykorzystania umowy.*

Pytanie 26 – Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby faktura nie zawierała ceny jednostkowej brutto?

Odp. *Zamawiający wymaga aby na fakturze była zawarta cena jednostkowa brutto.*

Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. *Odpowiedz w pytaniu 11.*

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. *Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.*

Pytanie 29 – Pakiet 2 Poz. 1 – 9

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odp. *Zamawiający wymaga oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.*

Pytanie 30 – Pakiet 5 Poz. 5

Czy Zamawiający określi czy wymaga 3 – rzędowe etykiety do GKE czy BLITZ?

Odp. *Zamawiający wymaga etykiet 3-rzędowych między innymi do 3 metkownic BLITZ, oraz 1 metkownicy PRINTEX MEDICAL.*

Pytanie 31 – Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 7 ust. 1 pkt b, do wysokości 0,2% wartości towaru niedostarczonego w terminie? Kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wysoka i rzadko spotykana w obrocie gospodarczym

Odp. *Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów §7 ust. 1 wzoru umowy.*

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych


mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke, 61 850 62 95, karolina.prentke@szoz.pl