



Poznań, 31.10.2018 r.

ADZP-381-58/18

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniu 29.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych**”.

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

Pytanie 1: pakiet 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: pakiet 3 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Pakiet 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Pakiet 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zawór o objętości wypełnienia 0,085 ml, czyli mniejszej niż wymagana, a co za tym idzie zawór o wyższych standardach niż opisane. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

**Pytania do pakietu nr 1 - Akcesoria do respiratora noworodkowego z funkcją nCPAP
Sechrist Millennium 71338:**

DO POZYCJI NR 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maseczek w rozmiarach S,M,L,XL.

Odpowiedź: Należy zaoferować asortyment zgodnie z wymaganiami SIWZ.

DO POZYCJI NR 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3

Czapeczek, wraz z opaskami o niżej podanych parametrach:

Czapeczki:

- ✓ obwód głowy 17-22 cm
- ✓ obwód głowy 22-25 cm
- ✓ obwód głowy 25-29 cm
- ✓ obwód głowy 29-36 cm

Opaski:

- ✓ obwód głowy 26-36 cm
- ✓ obwód głowy 35-40 cm
- ✓ obwód głowy 40-45 cm

Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu korzystać z większego wachlarza rozmiarów poczynając od obwodów głowy 17-22 cm. do 40-45 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Pytania do pakietu nr 2 - Akcesoria do aparatu Infant Flow SIPHPBDN01123

Do pozycji nr 2,3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji Nr 2,3 czapeczek w miejsce paskowego mocowania pacjenta o poniższych obwodach;

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brazowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

Odpowiedź: Należy zaoferować asortyment zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Do pozycji nr 4

Prosimy o dopuszczenie komory o niżej podanych parametrach:

Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa płytki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba płytki zamocowane na ścianie bocznej komory w tym jeden płytki pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa płytki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Dodatkowo posiadająca:

- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym.

- Otwór wejścia 22 mm M (zewnątrzna średnica)
- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnątrzna średnica)

Odpowiedź: Należy zaoferować asortyment zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Do pozycji nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu z generatorem o niżej podanych parametrach:

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy **(średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).**

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) /kwadratu (do MR730); z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływak zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. **Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.**

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową


Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą taśmerek.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Krzysztof Krzymański

Sprawę prowadzi: Milena Sitarz, 61 850 62 95, milena.sitarz@szoz.pl