



Poznań, 23.11.2018 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-275/18

## Do Wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow SIPHPBDN01123 dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.11.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 6) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

### **Pytanie Nr 1: Poz. 2 i 3 Paskowe mocowanie**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w miejsce paskowego mocowania czepca do terapii wymiennych, który jest przeznaczony do stosowania nie tylko do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiając zamocowanie generatora, lecz także w terapii tlenowej wysokimi przepływami. Czepiec posiada regulację obwodu głowy, jest wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewnia przepuszczalność powietrza i ogranicza przesuwanie główki, istnieje możliwość uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, posiada rzepy do mocowania i miarkę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 2: Poz. 7 Układ oddechowy**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania układu oddechowego z generatorem dwudyszowym z odcinkiem wdechowym podgrzewanym o dł. 1,2m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie Nr3: 1 poz. nr 2,3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji Nr 2,3 czapeczek w miejsce paskowego mocowania pacjenta o poniższych obwodach;

Kolor	Rozmiar	Obwód głowy
Biała	000	16-18
Szara	00	18-20
Różowa	0	20-22
Brązowa	1	22-24
Żółta	2	24-26
Niebieska	3	26-28
Złota	4	28-30
Zielona	5	30-32
Bordowa	6	32-34
Pomarańczowa	7	34-36
Ciemno zielona	8	36-38
Granatowa	9	38-40

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego mocowania.**

### **Pytanie Nr 4: poz. nr 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie komory o poniższych parametrach; Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilzaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływak zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ścianie bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie

zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Dodatkowo posiadająca:

- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym.

- Otwór wejścia 22 mm M (zewnątrzna średnica)

- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnątrzna średnica)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania Nr 5: 2 POZ NR 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie układu z generatorem o poniższych parametrach;

**Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow** z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilzacza Fischer Paykel model MR850. **układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana).**

**Odcinek wdechowy** jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilzacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

**Odcinek pomiarowy** do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

**Odcinek łączący** nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów


**Generator** umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

**Kończówka donosowa** łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

**Odpowiedź: Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu.**

Zamawiający informuję, iż przedmiotowe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Merzena Krzyżanińska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, +48 61 850 62 21, [katarzyna.gracz@szoz.pl](mailto:katarzyna.gracz@szoz.pl)