



Poznań, 05.12.2018 r.

Znak sprawy: ADZP-381-A-281/18

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa implantów biowchłaniających, cementu kostnego, substytutu kostnego wchłaniającego oraz niewchłaniającego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 6) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 – Dotyczy części nr 3 poz. 1 A-E

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce), porowatość 70% w postaci granulek o wielkości 2-4mm, w opakowaniach o wielkości 30ml, 20 ml, 15ml, 10ml, 5 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2- Dotyczy części nr 3 poz.2 A-D

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający substytut kostny o objętości 1 ml, 2.5ml, 5ml w postaci pasty w sterylnej, jednorazowej gotowej do użycia strzykawce typu Luer?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3- Dotyczy części nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa, gentamycyna 150mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. W postaci bloczków, cylindrów lub granuli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 4 - Dotyczy części nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych


mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, 61 850 62 95, katarzyna.krolska@szoz.pl