ZP-271-100/18

Kraków, dnia 10.12.2018 r.

Wykonawcy, którym przekazano specyfikację oraz strona internetowa postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku** zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Pytanie 1
Dotyczy części 2, pozycja 5 i 6.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyłączy pozycje nr 5 i 6 trokary jednorazowe, dzięki czemu będzie możliwość złożenia konkurencyjnej oferty?
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający wydzielił z części 2 pozycje 5 i 6 i utworzył z nich część 5.

Pytanie 2
Dotyczy części 2, pozycja 5.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 5 dopuści jako alternatywny jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie insuflacji i desuflacji. Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do lepszej fiksacji w powłokach.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Dotyczy części 2, pozycja 6.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 6 dopuści jako alternatywny jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem? Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Wbudowana redukcja 5-12 mm. Zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie insuflacji i desuflacji. Trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do lepszej fiksacji w powłokach.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Dotyczy części 3.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżek do laryngoskopu wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego tj. poliwęglanu, który jest bardzo trwały i odporny na wyginanie i odkształcanie, która spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie dopuszcza.

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.
W załączeniu przekazuję załącznik nr 1 i 1a do SIWZ, uwzględniający udzielone odpowiedzi.