



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/61/D/N/AC/2018/157/2018

Limanowa dnia: 2018-12-10

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniach 2018-12-06 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1- Zadanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych o powierzchni zewnętrznej gładkiej.

Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 1 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, bez dodatkowych przewężeń do wysokości korpusu strzykawki, które mogą powodować odkształcanie się tłoka w czasie iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z tłokiem wykonanym z polietylenu spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

Prośbę swą kierujemy ponieważ żaden producent nie produkuje tłoków wykonanych z poliuretanu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 2 poz.1, 2, 3, 4,5.

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentów „Oświadczenia Producenta o maksymalnym terminie utrzymywania wyrobu w ciele pacjenta” pozwoli to na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Prośbę swą o odstąpienie kierujemy ponieważ żaden z producentów nie wystawia w/w oświadczenia ponieważ długość utrzymania wyrobu w ciele pacjenta wynika z klasyfikacji wyrobu medycznego zawartej w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta np. klasa IIa do 30 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 6,1-6,3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do karmienia z zatyczką i łącznikiem Luer spełniającym resztę postawionych wymagań SIWZ.

Prośbę swą kierujemy ponieważ żaden z producentów nie produkuje cewników do karmienia ze złączem Luer Lock.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie stazy bezłateskowej pakowanej po 25 szt. Prosimy również o możliwość podania ceny za op. 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3 poz. 7

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie opaski uciskowej z automatycznym zapięciem

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 3 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu 3 poz. 6, 11, 14

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentów „Oświadczenia Producenta o maksymalnym terminie utrzymywania wyrobu w ciele pacjenta” pozwoli to na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Prośbę swą o odstąpienie kierujemy ponieważ żaden z producentów nie wystawia w/w oświadczenia ponieważ długość utrzymania wyrobu w ciele pacjenta wynika z klasyfikacji wyrobu medycznego zawartej w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta np. klasa IIa do 30 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 4 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia dokumentów „Oświadczenia Producenta o maksymalnym terminie utrzymywania wyrobu w ciele pacjenta” pozwoli to na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Prośbę swą o odstąpienie kierujemy ponieważ żaden z producentów nie wystawia w/w oświadczenia ponieważ długość utrzymania wyrobu w ciele pacjenta wynika z klasyfikacji wyrobu medycznego zawartej w deklaracji zgodności wystawionej przez producenta np. klasa IIa do 30 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 6 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kropłową o długości min 60mm (w części przezroczystej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw nr 3

Zadanie nr 12 Zamknięty system ssący

Pytanie nr 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do postępowania równoważny zintegrowany system ssący, konkurencyjny cenowo, najnowocześniejszy na rynku, **ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników** (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), który **spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych? Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem obsługi, oraz następującymi cechami użytkowymi:

Pozycja 1.1, 1.2, 1.3

Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe z uchwytami do szyny lub łóżka, wykonane z przezroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową o dokładności +/- 100ml, o okrągłym kształcie, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania, bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), możliwość sterylizacji w 121 st. C. Pojemność 1000 ml, 2000 ml, i 3000 ml.

Pozycja 1.4

Łączniki do pojemników wielorazowych kompatybilne z oferowanym systemem.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2 Pozycja 1.5, 1.6, 1.7

Wkłady workowe 1000 ml, 2000 ml, i 3000 ml, jednorazowego użytku na wydzielinę, kompatybilne z oferowanymi pojemnikami, z trwale dołączoną pokrywą o okrągłym kształcie, uszczelniają się automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, wyposażone w zintegrowany filtr hydrofobowo-antybakteryjny z zastawką hydrofobową odcinającą ssanie po napełnieniu się wkładu i zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła ssania, w pokrywie wkładu znajdują się dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), oraz szeroki port do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego, uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta (w postaci zintegrowanej z pokrywą zatyczki do zabezpieczenia portu pacjenta po zakończeniu ssania).

Pozycja 2

Proszek żelujący do w/w systemu, pojemność 4 kg.

Odpowiedź: Tak

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1 Pakiet 1 Poz. 1.1 – 1.4

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 Pakiet 1 Poz. 1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3 Pakiet 1 Poz. 4, 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4 Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 25 szt. w kartonie po 100 sztuk.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5 Pakiet 4 poz. 1.4-1.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 5-10ml.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6 Pakiet 4, Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pezzera wykonanych z lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 Pakiet 4, Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania cewników Pezzera tylko w rozmiarach 14-34Ch.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 Pakiet 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika (zastawka w łączniku do cewnika Foley)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 9 Pakiet 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 Pakiet 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 150cm.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 11 Pakiet 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka/zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 Pakiet 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13 Pakiet 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaofiarowania igieł tępych w 2 długościach: 18G x 40 mm oraz 18G 1,2 x 25 mm - przeznaczonych do pobierania leków z małych fiolek oraz fiolek wielodawkowych z możliwością pobrania maksymalnej ilości leku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 Pakiet 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela. Igły tego typu przechodzą szybko i łatwo przez korek fiolek. Kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy. Zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolek. Rozmiar 18G 1 1/2".

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Pytanie nr 15 Pakiet 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępych igieł dedykowanych do bezpiecznego pobierania leków i roztworów z fiolek o specjalnej konstrukcji z otworem centralnym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16 Pakiet 13

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby system posiadał możliwość stosowania u pacjenta do 29 dni, potwierdzone badaniami klinicznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 17 Pakiet 13

Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający oczekuje aby system był przebadany klinicznie potwierdzające możliwość i bezpieczeństwo użycia systemu do 29 dni, badania dołączone do oferty?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 18 Zadanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opak max 70 par. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 19 Zadanie nr 17 poz.1.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o rozm. całkowitym 28x38,5cm, części przylepnej 28x30cm.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 20 Zadanie nr 17 poz.1.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o rozm. całkowitym 28x38,5cm, części przylepnej 28x30cm.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 21 Zadanie nr 17 poz.1.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o rozm. całkowitym 40x50,5cm, części przylepnej 40x42cm.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 22 Zadanie nr 17 poz.1.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o rozm. całkowitym 28x53,5cm, części przylepnej 28x45cm.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 23 Zadanie nr 17 poz.1.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o rozm. całkowitym 56x88,5cm, części przylepnej 56x88cm.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 24 Zadanie nr 15

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu: Rękawice chirurgiczne, Pólsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC z formułą leczniczo-kosmetyczną, zawierającą min. witaminę B5, glicerynę, glukonolakton. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw nr 5**Pytanie nr 1** - Zadanie nr 1 poz. 1.4

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki pakowane po 80 szt. i jednocześnie wyrazi zgodę na ich przeliczenie w formularzu asortymentowo – cenowym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 poz. 1.1 - 1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania typu karton konfekcjonowanego kolorystycznie dla poszczególnych pojemności.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3 Zadanie nr 1 poz. 1.1 - 1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez kolorystycznego konfekcjonowanego opakowania pośredniego. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Tak

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Pytanie nr 4 Zadanie nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki do pomp infuzyjnych w rozmiarze 50/60 ml.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5 Zadanie nr 1 poz.2

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawek do pomp z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 6 Zadanie nr 1 poz.3

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janeta rozmiar 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 7 Zadanie nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawkę do insuliny z igłą w rozmiarze 0,33 x 13 mm

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8 Zadanie nr 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawkę do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 9 Zadanie nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użytku, sterylny, przezroczysty, komora kroplowa wykonana z medycznego PCV o długości 55 mm z filtrem płynu, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy umożliwiający dokładną regulację przepływu, opakowanie kolorystyczne folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 Zadanie nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użytku, sterylny, przezroczysty, komora kroplowa wykonana z medycznego PCV o długości 45 mm z filtrem płynu, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy umożliwiający dokładną regulację przepływu, opakowanie kolorystyczne folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 Zadanie nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użytku, sterylny, przezroczysty, komora kroplowa wykonana z medycznego PCV o długości 45 mm z filtrem płynu, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy umożliwiający dokładną regulację przepływu, opakowanie kolorystyczne folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12 Zadanie nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji opakowania kolorystycznego niebieskiego.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 13 Zadanie nr 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków bez zastawki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 Zadanie nr 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków bez zastawki filtrem bakteryjnym 1,2 um.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 Zadanie nr 6 poz. 11, poz. 12

Czy zamawiający wymaga w/w pozycji ramp 3 – drożnych i ramp 5 – drożnych.

Odpowiedź: Tak

Zestaw nr 6**Zadanie 13**

Pytanie nr 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 wysokiej klasy systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, o niżej wymienionych parametrach, który jest obecnie stosowany w Państwa placówce: System do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o poj. min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu oraz filtra/ wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.2 jednorazowych worków, kompatybilnych z zestawem z poz.1 o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu oraz filtra dezodoryzującego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw nr 7

Dotyczy zapisów SIWZ:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3 Dotyczy Parametry Techniczne:

Zadanie nr 9 poz. 2, 13, 14, 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140 wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 100 wskaźników + przyrząd PCD (z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania przez Zamawiającego czyli 8 opak? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5 Zadanie nr 9 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu posiadającego mleczną nakrętkę? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 100 wskaźników + przyrząd PCD (z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania przez Zamawiającego czyli pak 3 -48 opak pak 4 – 48 opak? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7 Zadanie nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 100 wskaźników + przyrząd PCD (z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania przez Zamawiającego czyli 16 opak? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8 Zadanie nr 9 poz. 8

Proszę o wyjaśnienie jaki przyrząd Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Przyrząd testowy do poz. 7

Pytanie nr 9 Zadanie nr 9 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu którego

Wynik jest w czasie krótszym niż 10 minut a odczytnik zmienia barwę na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 Zadanie nr 9 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 11 Zadanie nr 9 poz. 18

Czy zamawiający odstąpi od konieczności posiadania:

Dokumentu producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokumentu aktualnego, wydanego nie wcześniej niż w 2010 roku,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA