



ZP-271-100/18

Kraków, dnia 13.12.2018 r.

**Wykonawcy, którym przekazano specyfikację
oraz stronę internetową postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku** zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

Pytanie 1

Dotyczy części 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego jednorazowe łyżki do laryngoskopów nie wykonane z tworzywa sztucznego Makrolon?

Oferowane jednorazowe łyżki do laryngoskopów wykonane są z nierdzewnej stali, mosiądzu, aluminium i tworzyw sztucznych (polyacetal oraz materiały akrylowe – rod). Zastosowana technologia sprawia, że łopatki są wyjątkowo sztywne i nie wyginają się. Laryngoskopy wykonane są zgodnie z zalecanymi normami ASTM w celu zapewnienia najwyższej jakości użytkowania oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1a do SIWZ.

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymagania zawarte w tym opisie.

Pytanie 2

Dotyczy części 3.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający miał na myśli i wymaga metalowych łyżek do laryngoskopu, jednorazowego użytku w rozmiarach 3 i 4 z metalowym zatraskiem do rękojeści.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1a do SIWZ.

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymagania zawarte w tym opisie.

Pytanie 3

Dotyczy części 4.

Proszę o określenie do jakiej pompy objętościowej ma być kompatybilny zestaw z części 4.

Proszę o podanie producenta oraz modelu pompy.

Zamawiający nie określił producenta pompy oraz modelu pompy.

Uniemożliwia to złożenie oferty w części 4.

Wyjaśnienie:

Zamawiany produkt ma być kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną Infusomat Space firmy Braun.

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1 i 1a do SIWZ, uwzględniający udzielone odpowiedzi.

Ponadto informuję, że termin składania ofert został przedłużony **do dnia 19.12.2018 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.