



Poznań, 22.01.2019 r.

ADZP-381-5/19

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ,
zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz
powiadomienie o zmianach w SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 18.01.2019 – 21.01.2019 r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Dot. Załącznik nr 2 pakiet 3

Uprzejmie prosimy o wyłączenie respiratora Servo-i z niniejszego pakietu, celem umożliwienia autoryzowanemu serwisowi przedstawienia oferty na przegląd niniejszego sprzętu. Aktualizację oprogramowania zgodnie z zapisami umowy par. 1 ust. 8 c może wykonać jedynie serwis posiadający dedykowane przez producenta klucze serwisowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie respiratora Servo-i do osobnego pakietu. Wymieniony sprzęt został wydzielony do pakietu nr 19.

Pytanie 2: Dot. Załącznik nr 1 pakiet VI pozycja 3- respirator Servo-i

Czy Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace serwisowe zostały odnotowane w bazie danych respiratora wraz z aktualizacją czasu pracy respiratora?

Odpowiedź: Prace serwisowe powinny być wykonywane i odnotowywane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

Pytanie 3: Dot. Załącznik nr 4 Umowa par. 1 pkt 19

Czy wykwalifikowany pracownik, to zwrot oznaczający osobę przeszkoloną przez producenta albo posiadającą autoryzację producenta do wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji danego sprzętu?

Odpowiedź: Pracownik wykwalifikowany – oznacza osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania czynności serwisowych, określonych w instrukcji i zaleceniach producenta sprzętu.

Pytanie 4: Dot. Załącznik nr 4 Umowa par. 4 ust 3

Czy Zamawiający będzie wymagała również wymiany zestawu przeglądowego w respiratorze i membrany, co jest wymagane zaleceniami producenta, i czy należy doliczyć te koszty do ceny przeglądu?

Odpowiedź: Jeżeli podczas wykonywania czynności serwisowych (przeglądu) jest wymagana wymiana zestawu serwisowego to należy takie koszty wliczyć w ofercie do ceny przeglądu.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji 3,4,5 i utworzy nowe odrębne pakiety?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3,4,5 z pakietu nr 13 do osobnego pakietu. Wymienione sprzęty zostały wydzielone do pakietu nr 20.*

Pytanie 6: Dot. Pakiet 18 – Inkubatory

Proszę o wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji nr 1 pakietu - Stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Infant Flow.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie do odrębnego pakietu – stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Infant Flow. Wymieniony sprzęt został wydzielony do pakietu nr 21.*

Pytanie 7:

Prosimy o dopuszczenie, aby Wykonawca mógł odmówić przeprowadzenia naprawy urządzenia, dla którego producent nie zapewnia już części serwisowych.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca mógł odmówić naprawy urządzenia dla którego producent nie zapewnia już części serwisowych, przedstawiając odpowiednie zaświadczenie od producenta sprzętu (dotyczy pakietu nr 1).*

Pytanie 8:

Czy pod pojęciem czasu reakcji serwisowej Zamawiający dopuści odbiór urządzenia przez kuriera w celu przewiezienia go do serwisu Wykonawcy?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza odbiór urządzenia przez kuriera pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy.*

Pytanie 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby przegląd techniczny defibrylatorów z pakietu nr 1 odbywał się w siedzibie Wykonawcy. W razie potrzeby, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze oraz pokryje koszty przesyłek i zorganizuje transport urządzeń.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza aby przegląd techniczny defibrylatorów z pakietu nr 1 odbywał się w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem zapewnienia na czas przeglądu sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach.*

Pytanie nr 10: Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odpowiedź: *Przegląd defibrylatorów obejmuje wymianę akumulatorów jeśli ich wymiana jest wymagana zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu.*

Pytanie nr 11: Dotyczy pakietu nr 2,3,4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odpowiedź: *Przegląd respiratorów zawartych w pakietach nr 2,3,4 obejmuje również wymianę akumulatorów i pakietów serwisowych zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu.*

Pytanie nr 12: Dotyczy pakietu nr 2,3,4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest ilość przepracowanych godzin respiratorów wymienionych w SIWZ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź: Brak takich danych.

Pytanie nr 13: Dotyczy pakietu nr 1-4, 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych w pakiecie nr 1-4, 18? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Pakiet 1 : 2009 i 2010 oraz 2015

Pakiet 2 : 1988, 1989 i 2009

Pakiet 3 : 2008, 2016 i 2004

Pakiet 4 : 2013

Pakiet 18 : 1997, 2009 i 1998.

Pytanie nr 14: Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 1-4, 18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 1-4, 18 dopuści do udziału w postępowaniu także Wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi przeszkolenie u producenta aparatury wskazanej ww. pakietach, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012, personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”) certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne podmioty niż producent.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 4:

Czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ. Zmianie ulegają następujące dokumenty:

- SIWZ – w zakresie pkt. 3.2, 3.7, 5.1, 6.2, 18.1, 18.2, załączniki do oferty - zmiany zostały zaznaczone na czerwono;
- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ - zmiany zostały zaznaczone na czerwono;
- Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ - zmiany zostały zaznaczone na czerwono;
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ – zmiany zostały zaznaczone na czerwono;

W związku z niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w ustawowym terminie, działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1896 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i w związku z tym dokonuje zmian zapisów SIWZ.

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o **4 dni**.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2019-01-24 na dzień **2019-01-28**. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2019-01-24 na dzień **2019-01-28**.

Jednocześnie informujemy, że nie uległo zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmienia się również treść SIWZ w pkt.15.11, 16.1, 16.3 tj.:

15.11

Było: Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „**Oferta na: Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej) NIE OTWIERAĆ przed: 2019-01-24 godz. 10:00**”.

Winno być: Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „**Oferta na: Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej) NIE OTWIERAĆ przed: 2019-01-28 godz. 10:00**”.

16.1

Było: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: **D-11, Kancelaria** do dnia **2019-01-24** do godz. **09:30**.

Winno być: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: **D-11, Kancelaria** do dnia **2019-01-28** do godz. **09:30**.


16.3

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2019-01-24** o godz. **10:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr **D-1, Dział Zamówień Publicznych**.

Winno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2019-01-28** o godz. **10:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr **D-1, Dział Zamówień Publicznych**.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
us. Administracyjno-eksploatacyjnych

mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Milena Sitarz, 61 850 62 95, milena.sitarz@szoz.pl