



Poznań, 14.02.2019 r.

ADZP-381-8/19

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 11.02.2019 – 13.02.2019 r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: „**Dostawa sprzętu medycznego anestezyjologicznego, urologicznego jednorazowego użytku oraz kołderek do ogrzewania pacjentów dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zadanie 3 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Zadanie 3 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze 3,0 z mankietem o średnicy 8,0mm i w rozmiarze 9,0 z mankietem o średnicy 29,0mm? Pozostałe średnice mankietów jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Zadanie 3 pozycja 1. 2 i 5.

Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych bezftalanowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych.

Pytanie 4:

Zadanie 3 pozycja 5. Prosimy o potwierdzenie, iż w tej pozycji Zamawiający wymaga rurki zbrojonej z mankietem, wygiętej w kształcie łuku a nie rurki: „...ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnych linii poziomych wygiętych w kształcie łuku”.

Odpowiedź: Potwierdzam, że Zamawiający wymaga rurki zbrojonej z mankietem wygiętej w kształcie łuku.

Pytanie 5:

Zadanie nr 8, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie Pozycji nr 1 z Zadania nr 8? Pozwoli to, na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na sprzęt dotychczas używany na oddziale urologii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 6:

Zadanie nr 8, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów, skalowanych co 5 cm, o rozmiarze 4.7 F, dł. 24,26,28,30 cm, długość drutu 145 cm z dwoma rodzajami

popychaczy do wyboru (popychacz do urs o długości 70 cm oraz popychacz sterowalny umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu – popychacze nie połączone fabrycznie z cewnikiem)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Zadanie 6, poz. 23,29

Prosimy o wydzielenie poz. 23,29 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 8:

Zadanie 6, poz.29

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml \pm 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Zadanie 6, poz.29

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeput na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Zadanie 6, poz.29

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów, gdyż ftalany (używane w produkcji towarów z PCV i innych tworzyw sztucznych) stosowanych jako plastifikator są substancjami o stwierdzonej pewnej szkodliwości na organizm i ich nadmiar może rozstrajać gospodarkę hormonalną, zwiększać ryzyko zachorowania na astmę i alergię, szczególnie w przypadku dzieci oraz inne mogą powodować szereg innych niekorzystnych dolegliwości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Pakiet 4:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 3,11 oraz 23 do osobnego pakietu. Wyłączenie to umożliwi złożenie większej ilości firm atrakcyjną ofertę cenową dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 12:

Pakiet 5:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 13 oraz 14 do osobnego pakietu. Wyłączenie to umożliwi złożenie większej ilości firm atrakcyjną ofertę cenową dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 13:

Zadanie nr 3, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze średnicą mankietów odpowiednio: 3,0-3,5 – 10mm; 4,0 – 13mm, 4,5-17mm, 5,0-18mm, 5,5-18mm, 6,0-20mm, 6,5-20mm, 7,0-23mm, 7,5-26mm, 8,0-26mm, 8,5-27mm, 9,0-27mm? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14:

Zadanie nr 3, poz. 1,2,5:

Czy Zamawiający dopuści rurki pakowane w opakowanie papierowo – foliowe w kształcie łuku, które uniemożliwia wyprostowanie się ukształtowanej już rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15:

Zadanie nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści pojedynczą skalę centymetrową co 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16:

Zadanie nr 3, poz. 2,5:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ok. 1cm ringu dookoła rurki, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Zadanie nr 3, poz. 3,4:

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z termoplastycznego, medycznego PE pozbawionego ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Zadanie nr 3, poz. 3,4:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary i długości odpowiednio: 3-90mm, 2-80mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19:

Zadanie nr 3, poz. 3,4:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary i długości odpowiednio: 4-100mm, 3-90mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.3 w pozycji 2 wysokiej klasy rurek intubacyjnych firmy Rusch wykonanych z PCV z pojedynczym znacznikiem głębokości (w postaci pełnego okręgu) następujących wymiarach:

3,0 mm średnica mankietu 8,0 mm

3,5 mm średnica mankietu 8,0 mm

4,0 mm średnica mankietu 10,5 mm

4,5 mm średnica mankietu 10,5 mm

5,0 mm średnica mankietu 13,0 mm

5,5 mm średnica mankietu 16,5 mm

6,0 mm średnica mankietu 18,5 mm

6,5 mm średnica mankietu 20,5 mm

7,0 mm średnica mankietu 24,0 mm

7,5 mm średnica mankietu 26,0 mm

8,0 mm średnica mankietu 26,0 mm

8,5 mm średnica mankietu 28,0 mm

9,0 mm średnica mankietu 28,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie wymiar 3,0-3,5 mm średnica mankietu 8,0 mm oraz 9,0 mm średnica mankietu 29 mm. Reszta rozmiarów zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni.

Pytanie 21:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr.3 w pozycji 5 rurek zbrojonych z pojedynczym pełnym okręgiem jako znacznikiem głębokości. Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:

Ad par. 5 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości nie dostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 23:

Zadanie nr 5, Poz. 8, 9, 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 8, 9, 10 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 24:

Zadanie nr 5, Poz. 8, 9, 10

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25:

Zadanie nr 5, Poz. 8, 9, 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu kalibracji cyfrowej (czujniki oryginalne również nie posiadają już tej funkcjonalności)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26:

Zadanie nr 5, Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze 1-20 kg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27:

dotyczy pakietu 5

Prosimy o wyodrębnienie z pakietu nr 5 pozycji 1-4, co pozwoli większej ilości podmiotów złożyć korzystniejszą ofertę dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 28:

dotyczy pakietu 5 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjno/antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, od 2,5-7,5 kg masy ciała, skuteczność filtracji 99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór ok. 1,1cmH₂O przy 11L/min, waga 12g, skuteczność nawilżania 27mg H₂O/L, minimalna objętość oddechowa 25ml, port luer lock zabezpieczony szczelnym koreczkiem z gumy na lince mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29:

dotyczy pakietu 5 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr oddechowy elektrostatyczny pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem Luer w wersji sterylnej, od 7,5- 20 kg masy ciała, Sposób filtracji: elektrostatyczny

Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej - 99.99%

Potwierdzona wysoka skuteczność w zapobieganiu przenoszenia bakterii i wirusów: WZW typu C, HIV, Bacillus Subtilis, Bacteriophage

Zwrot wilgoci 30 mg H₂O/L

Przestrzeń martwa 28 ml

Waga 20g

Min. objętość oddechowa 75 ml

Złącza: 22F/15M-22M/15F + luer port

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30:

dotyczy pakietu 5 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; zwrot wilgoci 32mg/H₂O/L; opór przy 30L/min 1,6cm H₂O; opór przy 60L/min 3,0cmH₂O, przestrzeń martwa 57ml; waga 31g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F/15M

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31:

dotyczy pakietu 5 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr oddechowy elektrostatyczny sterylny dla dorosłych; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; opór przy 30L/min 0,9cm H₂O; opór przy 60L/min 2,0cmH₂O, przestrzeń martwa 42ml; waga 23g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F/15M

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32:

dotyczy pakietu 5 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie:

Filtr oddechowy elektrostatyczny mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,9%; opór przy 30L/min 0,8cm H₂O; opór przy 60L/min 1,7cmH₂O, przestrzeń martwa 34ml; waga 19g; minimalna objętość oddechowa 100ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33:

dotyczy §5 ust. 4

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 34:

Pakiet nr 6, poz. 29

Proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty tylko na w/w asortyment. Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 35:

Pakiet nr 6, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie plastrów a'100 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36:

Pakiet nr 6, poz. 29

Czy Zamawiający wymaga plastra włókninowego posiadającego dodatkową podkładkę, oprócz gazika z miękkiej wiskozy na końcu rozcięcia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37:

Zamówienie częściowe Nr 3 Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej bez mankietu, ustno-nosowa, wykonana z termoplastycznego pvc o właściwościach zbliżonych silikonowaniu, przezroczysta, skalowana jednostronnie co 1 cm, Podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji, linia RTG na całej długości rurki, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, atraumatyczna, jałowa, jednorazowego użytku, rurki pakowane w sposób

uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzewy. Opakowanie papierowo-foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38:

Zamówienie częściowe Nr 3 Poz. 2

Rurka 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego pvc o właściwościach zbliżonych silikonowaniu, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0 w postaci niepełnego półpierścienia/półpierścieni, kolorowy balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki, kolorowy dren napełniający mankiet, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, jednorazowego użytku. Rurki pakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzewy. Opakowanie papierowo-foliowe. Średnica mankieta odpowiednio dla rozmiaru rurki: 3,0-3,5 – 12mm ; 4,0-4,5 – 14mm ; 5,0-5,5 – 17mm ; 6,0-6,5 – 20mm ; 7,0-7,5 – 25mm ; 8,0-8,5 – 26mm ; 9,0 – 28mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni, oraz dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze 3,0 o średnicy 8,0 mm i w rozmiarze 9,0 z mankietem o średnicy 29,0 mm.

Pytanie 39:

Zamówienie częściowe Nr 3Poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z medycznego polietylenu, dla dorosłych w rozmiarze: 4 – 100mm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40:

Zamówienie częściowe Nr 3 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej, wykonana z termoplastycznego pvc o właściwościach zbliżonych silikonowaniu, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; wygiętych w kształcie łuku, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Zamówienie częściowe Nr 3 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego czy wymaga rurki intubacyjnej, której końcówka zaprojektowana w kierunku wnętrza rurki zapobiega odstawaniu rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Zamówienie częściowe Nr 3 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rurka intubacyjna ma być w całości widziana w obrazie RTG?

Odpowiedź: Tak, rurka ma być w całości widziana w obrazie RTG.

Pytanie 43

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie trójdrożnego cewnika z balonem 50 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie dwudrożnego cewnika z balonem 30 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie dwudrożnego cewnika z balonem 50 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 4

1. Prosimy o dopuszczenie dwudrożnego cewnika z balonem 80 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 6

1. Prosimy o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 15 ml, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 10

1. Prosimy o dopuszczenie igły do nefrostomii dwuczęściowej 18 G, o długości 20 cm z dodatkowym kanałem powietrznym zwiększającym widoczność w USG.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 11

1. Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonanego z polipropylenu, rozciągliwego w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 13-14

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 15-16

1. Prosimy o dopuszczenie pojedynczego pigtail singiel o długości 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 15-16

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Mono-J miał być wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, zapewniającego bezpieczeństwo i wygodę pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 17

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły jałowej do biopsji szpiku mostka i talerza biodrowego, w rozmiarze 18 G x 14-38 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 18

1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierającego: cewnik poliuretanowy typ J z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej donerkowej części powłoką hydrożelową, igły

dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J , kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiary 8F, 10F

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Zamówienie częściowe Nr 9 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 5 ust. 4:

Wykonawca zobowiązuje się do:

w przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto nie dostarczonego asortymentu zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego asortymentu, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu niedostarczonego asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając zakupu Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Pytanie 57

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 8 ust. 1:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:


a) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust 1 Umowy, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b) w wysokości określonej w § 5 pkt. 4) Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marzenna Krzymańska

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke, 61 850 62 95, karolina.prentke@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywiciwa 7/8
61-825 Poznań