



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/21/D/N/AC/2019/59/2019

Limanowa dnia: 2019-04-11

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-04-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1. Dotyczy pkt. 8.4.4) SIWZ oraz pkt. 4 par. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej?

Uzasadnienie: karta charakterystyk zawiera od 15 do 55 stron. Nadmieniamy również, iż zgodnie z MEDDEV. 2.14/3 rev.1, wytyczną Komisji Europejskiej, stanowiącą pomocniczą interpretację zapisów Dyrektywy IVD 98/79 odnośnie instrukcji dostarczanych z wyrobem, dopuszczone są dokumenty na nośnikach elektronicznym (np. CD-ROM lub pendrive).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2. Prosimy o poprawienie treści pkt. 18.2 SIWZ nazwa zadania jest błędnie wpisana. Postępowanie dotyczy dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający poprzez zapis "Wydajność aparatu min. 80 badań na godzinę" rozumie konieczność zaoferowania takiego analizatora, którego maksymalna wydajność będzie nie mniejsza niż 80 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zleczanych oznaczeń?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4. Dot. pkt 23 parametry techniczno-użytkowe analizatora immunologicznego - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaką ilość tonerów na rok Zamawiający wymaga?

Odpowiedź: Około 13 sztuk na 1 rok (zależne od ilości badań).

Pytanie nr 5. Dotyczy pkt. 2 par. 1 projektu umowy

Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Odpowiedź: 100%.

Pytanie nr 6. Dotyczy pkt. 4 par. 2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw na Cito z 2 dni roboczych na min. 72h?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7. Dotyczy pkt. 6 par. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "W przypadku nieterminowej płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. Poz. 403 z późn. zm.)"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 1.1) par. 5 projektu umowy na:

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

"Zamawiający informuje iż:

1) Zamówienia będą przekazywane faksem pod nrlub drogą elektroniczną na adres email: przez osoby wskazane w umowie w pkt. 5 par. 5 umowy".

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9. Dotyczy pkt. 7 par. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dostarczonych odczynników z 6 miesięcy na min. 5 miesięcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10. Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź: Tak.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA