

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Ul. B. Kryśiewiczza 7/8
61-825 Poznań

Pismo: ADZP-381-20/19

Poznań dnia: 2019-04-18

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Zamawiający informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie: **„Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego: maski krtaniowe, igły do aspiracji, zestawy do szynowania, maski anestetyczne, maski nadkrtaniowe, układy oddechowe, łyżki do laryngoskopu dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”**.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – Dot. zamówienie częściowe nr 3 - Dostawa łyżek Laryngologicznych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jednorazowych niesterylnych, czystych biologicznie łyżek typu Macintosh do laryngoskopów światłowodowych kompatybilnych z rękojeściami w standardzie "zielonego zamka" (ISO7376), wykonanych z solidnej konstrukcji z tworzywa sztucznego Makrolon przypominającej łyżki wielorazowego użycia.?

Łyżki są sztywne, odporne na załamania i skręcenia. Doskonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację. Ponadto posiadają niezawodny metalowy mechanizm zatraskowy.

Łyżki kompatybilne są z rękojeściami światłowodowymi (wersja ekologiczna) i dostępne z oświetleniem LED 3,5 V i 2,5 V lub żarówkami ksenonowymi zapewniającymi jasne, białe światło (natężenie oświetlenia LED do 22 000 lx, natężenie oświetlenia żarówki ksenonowej do 12 000 lx).

Pakowane są indywidualnie w opakowanie foliowe z nacięciem lub perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia.

Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in.informacją w j.polskim, rozmiarem, graficzną instrukcją obsługi. Trwałe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki. Łyżki w rozmiarach 0-4. i długościach roboczych: 1-65mm, 2-90mm, 3-110mm, 4-130mm z tolerancją+/-2mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 -pakiet 3

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „okres przydatności” w punkcie 17.2 SIWZ (kryterium oceny ofert), gdyż w pakiecie 3 Zamawiający wymaga terminu ważności 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji w punkcie 17.2 oraz zmodyfikował formularz cenowy – zamówienie częściowe nr 3 – załącznik nr 2 do siwz.

Pytanie nr 3- Zamówienie częściowe nr 2 - Dostawa masek krtaniowych, igły do aspiracji, zestaw do szynowania. Czy Zamawiając y w pozycji nr 3 dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku firmy Ambu, wykonaną z wolnego od ftalanów PCV z możliwością intubacji, wyposażoną w kanał gastryczny, posiadającą balonik kontrolny pozwalający ocenić stopień wypełnienia mankieta, bez wskaźnik ciśnienia w mankiecie,

przewód do napełnienia mankietu, z mocno uwypukloną kopułą (co zgodnie z badaniami klinicznym zapobiega blokadzie nagłośni), rozmiary 3, 4, 5 ?

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz.

Pytanie nr 4 - Prosimy i wydzielenie pozycji 1, 2, 3 z zamówienia częściowego nr 2 oraz stworzenie odrębnego pakietu zawierającego te pozycje, co wymusi to konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich dostawców/producentów masek krtaniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie nr 5 -Pakiet 2, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek krtaniowych bez znacznika głębokości, spełniających pozostałe wymogi SIWZ? Pragniemy zwrócić uwagę, iż w pozycji 3 gdzie również są maski krtaniowe Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 -Pakiet 2, Pozycja 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu z samymi maskami krtaniowymi? Pozytywna odpowiedź umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom specjalizującym się w danym asortymencie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie nr 7 - Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek anestetycznych z alternatywnym rozwiązaniem do ożebrowania w postaci wyprofilowanie umożliwiającego stabilny i bezpieczny chwyt nawet w środowisku wilgotnym, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek anestetycznych z naniesionym numerem seryjnym na opakowaniu jednostkowym, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek anestetycznych pakowanych w opakowania foliowe z nacięciem umożliwiającym szybkie i bezpieczne otwarcie, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 - Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu z samymi maskami anestetycznymi? Pozytywna odpowiedź umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom specjalizującym się w danym asortymencie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie nr 11 - Pakiet 3, Pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje łyżek w całości metalowych czy dopuszcza stopkę plastikową, a samą łyżkę metalową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 - Część nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów o długości od 12-26cm z popychaczem o długości 40cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 Części nr 2 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie nr 14-PAKIET 3 - dostawa łyżek laryngologicznych 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy łyżek do laryngoskopu jednorazowego użytku, metalowych, pozbawionych elementów plastikowych, o niżej wymienionych parametrach:

Jednorazowe metalowe łyżki do laryngoskopów światłowodowych kompatybilne z rękojeściami w standardzie „zielonej linii” (ISO7376), wykonane z niemagnetycznego stopu metalu przypominającego łyżki wielorazowego użycia, sztywne, odporne na załamania i skręcenia, doskonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, pakowane są indywidualnie w opakowanie foliowe z nacięciem lub perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in.informacją w j.polskim, datą ważności, rozmiarem, numerem serii. Opakowanie kodowane kolorem charakterystycznym dla poszczególnych rozmiarów. Dostępne w rozmiarach MAC: 00-5. Produkt niesterylny, czysty biologicznie, termin ważności 5 lat od daty produkcji. Rozmiar kodowany odpowiednim kolorem dla danego rozmiaru zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym przy dostawie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora
J.S. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, 61 850 62 95, katarzyna.krolska@szoz.pl, zampub@szoz.pl