

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa i montaż sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów leczniczych.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zał. Nr 2, zadanie nr 1 - Laser wysokoenergetyczny 3 sztuki

1. Czy zamawiający określając parametr "Automatyczna regulacja wysięgnika głowicy laser oraz kąta nachylenia ramienia" dopuści regulację w/w elementów za pomocą systemu pokręteł i głowicy z przeciwwagą regulowanych ręcznie przez terapeutę?
2. Czy zamawiający wymaga by urządzenie generowało zsynchronizowaną pracę w dwóch wybranych trybach długości fali dla jednoczesnej emisji pracy ciągłej i pulsacyjnej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający dopuści proponowane urządzenie z ręczną regulacją elementów głowicy lasera i kąta nachylenia.

Ad. 2 . Tak - Zamawiający wymaga by urządzenie generowało zsynchronizowaną pracę w dwóch wybranych trybach długości fali dla jednoczesnej emisji pracy ciągłej i pulsacyjnej

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów. Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, zawarciu i realizacji umowy oraz wszystkich czynnościach do jakich są zobowiązani zapisami SIWZ - wykonawcy i zamawiający.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR
Zamawiający
20. WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SPZOZ w Krynicy-Źdroju

lek. med. Romuald LPSKI
.....