



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/32/D/N/L/2019/91/2019**

Limanowa dnia: 2019-06-27

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniach 2019-06-25-26-27- wpłynęły prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawy produktów do mycia i dezynfekcji ujętych w 9 zadaniach asortymentowych.,**

Czy w Zadaniu nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści jako równoważną pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 8 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**1. PAKIET II poz. 12** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania pompek do butelki prostopadłościenną kompatybilną z preparatem z poz. 9

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga.

**2. PAKIET II poz. 14** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu:

„Substancja czynna: 70% etanol. Spektrum działania: skuteczny wobec bakterii(w tym Tbc), grzybów, wirusów(w tym HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno).

Postać: jałowy żel, gotowy do użycia, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o natychmiastowym i przedłużonym do 3godz.działaniu. Zawiera dodatek substancji natłuszczających bisabol. Do dozowników ściennych typu Sterisol-System.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga.

**3. PAKIET II** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w ramach pakietu:

dostarczenia Zamawiającemu mobilnej aplikacji „System audytów epidemiologicznych” wraz z urządzeniem mobilnym typu Tablet umożliwiającą ocenę higieny rąk w placówce medycznej w zakresie: Przygotowanie rąk do procedury, Poprawność techniki wg schematu Ayliffe`a, Ocena wykonania procedury mycia i dezynfekcji z wykorzystaniem lampy UV, Obserwacja 5 momentów higieny rąk zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*dr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA