

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019

Katowice, dnia 21-08-2019r.

Znak: TZM/20/P/2019

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ – 6

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14-08-2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: ***Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.***

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pakiet nr 2

1. Prosimy o wskazanie, czy w pkt. opisujących parametry techniczne wózka do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej nie nastąpiła pomyłka, gdyż są to parametry nie pasujące do wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej? Czy zapis ten nie pojawił się tam przez przypadek?

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka pisarska, zamawiający usuwa z formularza 6.2.1 parametry techniczne podpunkt nr 1. Poprawiony formularz przekazujemy w załączeniu pisma.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (2 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 46-80 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (2 szt.) z kołami bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (2 szt.) z regulacją kąta segmentu pleców w zakresie 0-70°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (2 szt.) z miejscem na butlę tlenową w tworzywowej podstawie zamiast kosza?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (2 szt.) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
znak: TZM/20/P/2019

7. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (4 szt.) z miejscem na butlę tlenową w tworzywowej podstawie zamiast uchwytu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (4 szt.) z uchwytem do przetaczania wykonanym ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy w związku z pkt. 8 parametrów technicznych Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej (4 szt.) z regulacją kąta segmentu pleców w zakresie 0-70°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

*p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman*