

Bydgoszcz, 28.08.2019 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

na Dostawę osobistego detektora skażeń chemicznych dla
Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu
granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26 - 28.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:
Dostawę osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy widnieją zapisy dot. „skanera”, a nie detektora skażeń chemicznych. Prosimy zatem o prawidłowe sformułowanie zapisów umowy.

Odp.: W § 1 ust. 1 istotnych postanowień umowy (dalej IPU) określono, że detektor skażeń chemicznych nazwany jest „skanerem” na potrzeby dalszych zapisów IPU. Zdaniem Zamawiającego zapisy IPU są prawidłowo sformułowane.

2. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający dwukrotnie przedstawił wymagania dot. temp pracy: tj. w wierszu o lp. 10: warunki pracy - 30°C do 55°C oraz wierszu o lp. 16 temperatura pracy urządzenia: od - 20°C do 50°C. Prosimy zatem o doprecyzowanie tego wymagania.

Odp.: Zamawiający informuje, że prawidłowe są wymagania określone w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), tj. Temperatura pracy urządzenia: od -20°C do + 50°C. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje OPZ.

3. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 12 Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z detektorem dodatkowych opcji komunikacyjnych oraz montaż urządzenia na robocie typu Allen Vanguard oraz Defender 2.1. Proszę o doprecyzowanie na jakim robocie innym robocie typu Allen Vanguard detektor miałby zostać zainstalowany lub potwierdzenie że Zamawiający wymaga instalacji tylko na robocie Allen Vanguard Defender 2.1.

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o dwa urządzenia zrobotyzowane będące na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy Digital Allen Vanguard oraz Defender 2.1.

4. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 12 Zamawiający wymaga zaoferowanie stacji dokującej umożliwiającej korzystanie podczas noszenia lub użytku na robocie. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający miał myśli pod nazwą „stacja dokowania”? Czy można interpretować „stację dokowania” jako pokrowiec na detektor chemiczny w przypadku korzystania podczas noszenia (jako detektor indywidualny) oraz „stację dokowania” jako uchwyt do montażu na robocie?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, chodzi o możliwość szybkiego zamontowania przedmiotowego detektora na jednym z urządzeń zrobotyzowanych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy poprzez montaż stacji dokującej. Jak również możliwość noszenia go przez funkcjonariusza podczas realizacji zadań służbowych, poprzez możliwość zaczepienia go do kamizelki taktycznej lub posiadania innej możliwości nieskrępowanej pracy operatora.

5. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 17 Zamawiający wymaga obudowa urządzenia była zgodna z IP68. Zwracam się wnioskiem o odstąpienie od tego wymogu skoro urządzenie ma spełniać wymagania militarne wymagania w zakresie MIL STD 810G oraz MIL STD 461F?

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu „Obudowa urządzenia zgodna z wymaganiami IP 68”. Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje OPZ.

6. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 26 Zamawiający wymaga aby detektor posiadał moduł automatycznego wlotu do zdalnej automatycznej pracy. Proszę o doprecyzowanie tego wymagania?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o możliwość automatycznej absorpcji z powietrza w celu dokonania analizy pod kątem wykrywania gazów trujących, bojowych.

7. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 27 Zamawiający wymaga aby detektor posiadał adaptor mocy i komunikacji do zasilania zewnętrznego i dodatkowe opcje komunikacji. Proszę o doprecyzowanie tego wymagania?

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o możliwość zewnętrznego ładowania urządzenia.

8. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień zdolności technicznej lub zawodowej zaakceptuje Wykonawcę który w wykazie dostaw stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ przedstawi referencje z dostaw których przedmiotem były detektory do wykrywania materiałów wybuchowych i/lub narkotyków, także oparte o technologię IMS, o wartości nie mniejszej niż 25 000 zł brutto?

Odp.: Zamawiający wprowadzi stosowne modyfikacje w SIWZ.

Z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
Dyrektor
Biura Finansowo-Inwestycyjnego
Paweł Bukowski