

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  
Biuro Finansowo-Inwestycyjne  
ul. Jagiellońska 3  
85-950 Bydgoszcz  
BFI.II.272.2.23.2019

Bydgoszcz, 30.08.2019 r.

**WYKONAWCY**

**biorący udział w postępowaniu**

na Dostawę osobistego detektora skażeń chemicznych dla  
Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu  
granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

*Dostawę osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy.*

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

1. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. 6, Zamawiający przedstawił wymiary urządzenia max 12x19x5 cm. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach 230x101x57 mm?

**Odp.: Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach 230x101x51mm.**

2. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 9, Zamawiający wymaga aby urządzenie spełniało wymagania min w zakresie MIL STD 461F. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie spełniające wymagania w zakresie MIL STD 461E?

**Odp.: Zamawiający zaakceptuje urządzenie spełniające wymagania w zakresie MIL STD 461E.**

3. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 12 Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość pracy w sieci bezprzewodowej. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które nie będzie posiadało tej funkcji?

**Odp.: Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które nie będzie posiadało funkcji pracy w sieci bezprzewodowej.**

4. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 13 Zamawiający wymaga aby urządzenie wykrywało dość obszerną grupę czynników chemicznych. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które spośród podanej grupy substancji, nie będzie posiadało w swojej bibliotece substancji: thionyl chloride, methyl hydrazine, chloropicrin, acetic acid, styrene, natomiast w przypadku obecności tych substancji urządzenie będzie je wykazywać jako nieznaną substancję chemiczną?

**Odp.: Zamawiający zaakceptuje urządzenie które nie będzie posiadało w swojej bibliotece substancje takie jak thionyl chloride, methyl hydrazine, chloropicrin, acetic acid, styrene, natomiast w przypadku ich obecności w analizowanym obszarze przez urządzenie, zostaną one wskazane jako nieznaną substancję chemiczną.**

5. W załączniku nr 5 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, w wierszu o lp. nr 28 Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. saszetek z osuszaczem. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie które nie wymaga do swej pracy osuszaczy powietrza i tym samym nie ma potrzeby ich dostarczenia jako materiałów eksploatacyjnych.

**Odp.: Zamawiający zaakceptuje urządzenie które nie będzie wymagać do swej pracy osuszaczy powietrza. W przypadku zaoferowania takiego urządzenia nie ma potrzeby dostarczenia osuszaczy powietrza jako materiałów eksploatacyjnych.**

Z up. Dyrektora Generalnego  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy  
Dyrektor  
Biura Finansowo-Inwestycyjnego  
Paweł Bukowski