

KRAKÓW dnia: 2019-09-02

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Warszawska 24 W-9/110,**  
**31-155 KRAKÓW**

Nr sprawy : KA-2/100/2019  
L.Dz. KA-2/864/2019

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Piec:

- 1/ Z uwagi na wymaganą dużą średnicę rury i jej długość czy Zamawiający wyrazi zgodę na system gazowy z kontrolą przepływu w zakresie ok 50-60 l/h?
- 2/ Prosimy o informację dla jakich gazów wymagany jest system gazowy?
- 3/ Z uwagi na wymaganą wysokość próżni czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę próżniową dwustopniową?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- 1/zamawiający dopuszcza system gazowy z kontrolą przepływu w zakresie ok 50-60 l/h
- 2/ system gazowy wymagany jest do gazów obojętnych i mieszanek gazów obojętnych z wodorem,
- 3/ zamawiający dopuszcza pompę próżniową dwustopniową

**ZASTĘPCA KIEROWNIKA**  
**Działu Zamówień Publicznych**

*Karlikowska*  
mgr **Danuta Karlikowska**