



Poznań, 25.09.2019 r.

ADZP-381-42/19

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ  
wraz z powiadomieniem o zmianie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 17.09.2019 r., 19.09.2019 r., 20.09.2019 r. i 23.09.2019 r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „Sukcesywna dostawa środków opatrunkowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Pytanie do pakietu 16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga 220 opakowań czy sztuk? Jeśli opakowania to czy dopuści 10 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 220 szt. oraz dopuszcza opakowania po 10 szt.**

**Pytanie nr 2:** Pakiet Nr 16

Czy Zamawiający pod pojęciem opakowania ma na myśli opakowania handlowe zawierające 10 szt. czy pojedynczą saszetkę z tamponem?

**Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem opakowanie rozumie pojedynczą saszetkę z tamponem.**

**Pytanie nr 3:** Pakiet nr 16

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby tampony donosowe były powleczone gazą hemostatyczną? Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga powleczenia gazą hemostatyczną.**

**Pytanie nr 4:** Pytanie dot. części nr 16 „Dostawa tamponów do krwawień z nosa”:

Zamawiający w formularzu cenowym ilość tamponów określił jako 220 opakowań. Tampony tego typu pakowane są po 20 szt. W związku z tym czy Zamawiający planuje zakup 4 400 szt. tamponów? Czy w formularzu cenowym pojawił się błąd i w tabeli w kolumnie „jm” zamiast słowa opakowanie ma być szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem opakowanie rozumie pojedynczą saszetkę z tamponem.**

**Pytanie nr 5: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania ADZP-381-42/19, w części 10, pozycja nr 1 wyrobu medycznego o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniając podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Produkt w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnienie powierzchni tkanki. Rozmiar: 4,5 cm / 9,0 cm pakowany po 3szt. w opakowaniu

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania ADZP-381-42/19, w części nr 10, pozycja nr 2 wyrobu medycznego o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniając podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrascynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Produkt w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki. Rozmiar: 4,5 cm /4,5 cm pakowany po 3szt. w opakowaniu.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7: Dotyczy części nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania ADZP-381-42/19, w części nr 10, pozycja nr 3 wyrobu medycznego o nazwie handlowej HEMOPATCH, który jest hemostatykiem uszczelniającym wskazanym do stosowania jako środek hemostatyczny oraz jako uszczelniając podczas zabiegów chirurgicznych, w których kontrola krwawienia lub przecieku innych płynów ustrojowych lub przecieku powietrza za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych jest nieskuteczna bądź niepraktyczna. Produkt ten może być również używany do zamknięcia uszkodzeń opony twardej powstałych w wyniku jej urazu, resekcji, retrakcji lub skurczenia się. Właściwości hemostatyczne i uszczelniające zostały potwierdzone przez badania kliniczne. Hemopatch to miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrascynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Produkt w kontakcie z krwią lub innymi płynami ustrojowymi tworzy hydrożel, który ułatwia przyleganie i uszczelnia powierzchnię tkanki. Rozmiar: 2,7cm/2,7 cm pakowany po 5szt. w opakowaniu.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8: Część 1, pozycja 7-11**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Odpowiedz: Zgodni z SIWZ.**

**Pytanie nr 9: Część 15, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 2 rolki z wyceną za op. i przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10: Pakiet nr 1**

**Pozycje 7-11** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z gipsem nakładanym po obu stronach materiału nośnego, o zawartości gipsu naturalnego 94%, oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury ulegającej biodegradacji, ułatwiającej wyciskanie i modelowanie opaski, o czasie wiązania 4-6 minut?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11: Pakiet nr 1 Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 6 cm x 2 m?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12: Pakiet nr 8 Pozycja 6**

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia miał na myśli samoprzylepny opatrunek w rozmiarze 15 cm x 10 m – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13: Pakiet nr 11 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 15 cm x 20 cm – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14: Pakiet nr 11 Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie znajdują się opatrunek w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3cm, 3 samoprzylepne transparentne folie poliuretanowe 20 cm x 30 cm – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15: Pakiet nr 11 Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu, w którego składzie znajduje się opatrunek w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 1,6cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16: Pakiet nr 11 Pozycja 4-5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawów opatrunkowych w opakowaniach po 5 sztuk?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17: Zadanie nr 9 dot. pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 5cm x 100cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 18: Zadanie nr 9 dot. pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 10cm x 10cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19: Zadanie nr 9 dot. pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 2,5cm x 50cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20: Zadanie nr 9 dot. pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek hydrożelowy o rozmiarze 20cm x 20cm?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21: Zamówienie częściowe nr 1, poz. 5-6**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22: Zamówienie częściowe nr 1, poz. 1-6**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie asortymentu wskazanego powyżej.**

**Pytanie nr 23: Zamówienie częściowe nr 2, poz. 4-5**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu wskazanego powyżej.**

**Pytanie nr 24: Zamówienie częściowe nr 2, poz. 1-7**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25: Zamówienie częściowe nr 2, poz. 1-7**

Czy zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta, oświadczenie o spełnianiu wymogów technicznych?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 26: Zamówienie częściowe nr 2, poz. 1-7**

Czy zamawiający dopuści kartę katalogową danych technicznych potwierdzającą spełnianie wymogów, wystawioną przez importera/dystrybutora produktu?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie nr 27: Zamówienie częściowe nr 2, poz. 1-7**

Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta o możliwości sterylizacji kompresów niesterylnych metodami: tlenkiem etylenu, metodą radiacyjną ( promieniami Gamma lub wiązkami elektronów) oraz parą wodną?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 28: Zamówienie częściowe nr 3, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie nr 29: Zamówienie częściowe nr 3, poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o spełnianiu wymogów technicznych?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 30: Zamówienie częściowe nr 3, poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści kartę katalogową danych technicznych potwierdzającą spełnianie wymogów, wystawioną przez importera/dystrybutora produktu?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie nr 31: Zamówienie częściowe nr 3, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych, w tym metodą EO?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie nr 32: Zamówienie częściowe nr 4, poz. 13, 20**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 13, 20 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji dla zamówienia częściowego nr 4.**

**Pytanie nr 33: Zamówienie częściowe nr 4, poz. 13, 20**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 34: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 1**

Czy zamawiający wymaga gazy w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 35: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 1**

Czy zamawiający wymaga gazy w roli 17 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 36: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 1**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie nr 37: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 4-8**

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 - 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 38: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 4-8**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. j.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 39: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 4-8**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 40: Zamówienie częściowe nr 7, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 41: Zamówienie częściowe nr 7, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 42: Zamówienie częściowe nr 7, poz. 5**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 z niniejszego pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wydzielenie w zamówieniu częściowym nr 7.**

**Pytanie nr 43: Zamówienie częściowe nr 4 poz. 19.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety bez tasiemki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 44: Zamówienie częściowe nr 4, poz. 24:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów nie posiadających nitki RTG?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany asortyment.**

**Pytanie nr 45: Zamówienie częściowe nr 4, poz. 25:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania tupferów posiadających nitkę RTG?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 46: Zamówienie częściowe nr 4, poz. 26:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów nie posiadających nitki RTG?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany asortyment.**

**Pytanie nr 47: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 2-3:**

Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe zapobiegające przedostawaniu się wilgoci?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 48: Zamówienie częściowe nr 5, poz. 4-8:**

Czy Zamawiający wymaga elastycznego rękawa siatkowego zawierającego w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierającego bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 49: Zamówienie częściowe nr 6, poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 50: Zamówienie częściowe nr 15, poz. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z waty celulozowej pakowane 2x500 kawałków z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 51: Zamówienie częściowe nr 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów w rozmiarze 3x4cm z jednym trokiem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 52: Zamówienie częściowe nr 16, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów w rozmiarze 5x5cm z jednym trokiem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53: Część nr 15 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowych kompresów z waty zawierający 2 rolki po 500 wacików w opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione ilości w opakowaniach zgodnie z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.**

**Pytanie nr 54:** Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie w zadaniu 7 pozycji 6 i 7 rozmiarów oczekiwanych przylepców?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownego doprecyzowania:**

- zamówienie częściowe nr 7 poz. 6 – 2,5 cm x 9,1 m;

- zamówienie częściowe nr 7 poz. 7 – 2,25 cm x 9,1 m.

**Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji załącznik nr 2 do SIWZ dla zamówienia częściowego nr 7. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 55: Pak. 7 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę produktu: 1 opakowanie a 10 sztuk czyli najmniejszą jednostkę sprzedaży? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 56: Pak. 13 poz. 7**

Zwracam się z prośbą o zwiększenie ilości sztuk produktu w poz. 7 do 20 szt., ponieważ jest to najmniejsze opakowanie zbiorcze przeznaczone do sprzedaży.

**Odpowiedź: Nie** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 57: Pak. 13 poz. 8**

Zwracam się z prośbą o zwiększenie ilości sztuk produktu w poz. 8 do 20 szt., ponieważ jest to najmniejsze opakowanie zbiorcze przeznaczone do sprzedaży.

**Odpowiedź: Nie** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 58: Dotyczy: zamówienie częściowe nr 14: Dostawa opatrunków różnych Poz. 1,2,3,5,6,7**

Czy Zamawiający dopuści podania cen za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a'10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ze sztuk opatrunków na op a'10 szt.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 59: Dotyczy: zamówienie częściowe nr 14: Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podania cen za opakowania a'5 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ze sztuk opatrunków na op a'5 szt.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 60: Dotyczy: zamówienie częściowe nr 14: Poz. 6**

Czy nie zaszła omyłka? Zamawiający w poz. 5 i 6 podał te same wymiary opatrunków? Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 15x20cm lub 20x30 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownego doprecyzowania:**

- zamówienie częściowe nr 14 poz. 5 – 12 x 10 cm;

- zamówienie częściowe nr 14 poz. 6 – 10 x 10 cm.

**Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji załącznik nr 2 do SIWZ dla zamówienia częściowego nr 14. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.**


**Pytanie nr 60:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 kompresy jałowe sterylizowane parą wodną w procesie zwalidowanym w temperaturze 121 stopni Celsjusza, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie zmodyfikowany załącznik Nr 2 do SIWZ – formularz cenowy dla zamówienia częściowego nr 7 i 14. Pozostałe zapisy bez zmian.

Z poważaniem  
Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych  
  
mgr inż. Marzena Krzymańska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Gracz, +48 61 850 62 21, [katarzyna.gracz@szoz.pl](mailto:katarzyna.gracz@szoz.pl), Katarzyna Królska, +48 61 850 62 95, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl)