

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 25/25PN/2019/3

Bytom dnia: 2019-09-26

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:


W związku z Zamówieniem w sprawie 25/25 PN/2019 na zakup **wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji** na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, niniejszym wnoszę o wyjaśnienie czy para z przedmiotowego urządzenia ma bezpośredni kontakt z sterylizowanym wsadem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Para z przedmiotowego urządzenia nie ma bezpośredniego kontaktu z sterylizowanym wsadem.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Wojciech Wieczorek