

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Nr sprawy: 25/25PN/2019

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował treść SIWZ § 19 pkt 1. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Poprzednie brzmienie:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ należy przedłożyć:
- a) Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Informacja o Wykonawcy”.
 - b) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ
 - c) Wypełnione załączniki 3- 11 do SIWZ
 - d) dokument dopuszczający do stosowania na terenie Polski i UE
 - e) wpis do rejestru wyrobów medycznych
 - f) deklaracja zgodności i certyfikat CE ,
 - g) etykiety, foldery, karty katalogowe, instrukcje w języku polskim

Nowe brzmienie:

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ należy przedłożyć:
- a) Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Informacja o Wykonawcy”.
 - b) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ
 - c) Wypełnione załączniki 3- 11 do SIWZ
 - d) dokument dopuszczający do stosowania na terenie Polski i UE
 - e) karty katalogowe, instrukcje w języku polskim

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował Załącznik A do SIWZ– po przez zmianę opisu w tabeli Dane ogólne:

Stare brzmienie:

Dane ogólne		
Pełna nazwa	Podać	
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Dystrybutor / Oferent	Podać	

Nowe brzmienie:

Dane ogólne		
Pełna nazwa	Podać	
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Dystrybutor / Oferent	Podać	
Rok produkcji	2019	

oraz usunięcie zapisu Załącznika A do SIWZ.

1.	Certyfikat CE (załączyć)	TAK	
----	--------------------------	-----	--

Zmodyfikowany załącznik A do SIWZ- zostanie zamieszczony na stronie Szpitala.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany zapis stanowi integralną część SIWZ.

Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych i Technicznych
Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu
Wojciech Wiczorek

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

WYTWORNICY PARY WRAZ Z PALNIKIEM DWUSTOPNIOWYM DLA SYSTEMU STERYLIZACJI

Dane ogólne		
Pełna nazwa	Podać	
Producent	Podać	
Kraj	Podać	
Dystrybutor / Oferent	Podać	
Rok produkcji	2019	

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Parametr wymagany	Wartość oferowana (opisać)
1.	Bezobsługowy zespół wytwarzania pary technologicznej zabudowany w kontener:	Tak	
2.	Wydajność min	500 kg pary/h	
3.	Wydajność szczytowa krótkotrwała	550 kg pary /h	
4.	Palnik gazowy modułowany	TAK	
5.	Zasilanie elektryczne	400/230 V	
6.	Moc zasilania	Max 7kW	
7.	Ciśnienie robocze	Do 12 bar	
8.	Ciśnienie próbne	18 bar	
9.	Sprawność	Min. 85 %.	
10.	Ciśnienie gazu	100-250 mbar	
11.	Twardość wody	<0,5 dH	
12.	Przewodność świeżej wody zasilającej	<500 mikroS/cm	
13.	Wymiary z palnikiem	1640x2600x1600 mm (+/- 10%)	
14.	System wyposażony jest we wszystkie niezbędne systemy funkcjonalne do sterowania i zabezpieczenia pracy wraz z modulatorem sterowany, m czujnikiem ciśnieniowym.	TAK	
15.	System jest wyposażony w zestaw do automatycznego odsalania i odmulania , jest wyposażony w drugą rezerwową pompę podłączoną do zasilania wodą	TAK	
16.	Zespół do zmiękczenia wody z filtrem odwróconej osmozy o wydajności min 0,6 m3/h kompletny w skład którego wchodzi : -filtracja ochronna - zmiękczenia jonowymienne - filtracja ochronna - filtracja węglowa -filtracja anty-koloidowa - demineralizacja na drodze jednostopniowej odwróconej osmozy - dozownik korekty chemicznej -zbiornik wody zdeminarelizowanej	TAK	

17.	Zbiornik kondensatu i wody zasilającej z częściowym odtlenianiem i możliwością podgrzania wody zasilającej (V – 300l – 400 l)	TAK	
18.	Komin z rur ze stali nierdzewnej z izolacją termiczną i osłoną ze stali nierdzewnej	TAK	
19.	Zespół redukcji pary	TAK	
20.	Kontener techniczny do montażu kotłowni (ocieplony, z drzwiami i oknami) ogrzewaniem awaryjnym, instalacją oświetleniową)	TAK	
21.	Schładzalnik odmulin i odsolin wraz z automatyką	TAK	
22.	Instalacja zabezpieczająca przed wybuchem gazy typu GAZEX	TAK	
23.	Dowóz wraz z montażem i uruchomieniem całego systemu wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami związanymi z włączeniem rurociągu parowego z kontenera do ciągu parowego sterylizatorni	TAK	
24.	Inne		
25.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu)	TAK	
26.	Gwarancja obejmująca cały system	Min. 36 miesięcy	
27.	W okresie Gwarancji bezpłatne przeglądy	TAK	

Należy podać cenę jednostkową brutto.

Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data:.....

Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .