

Ogłoszenie nr 540207178-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.

Kraków:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 601868-N-2019

**Data:** 25/09/2019

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000000, ul. os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail [zpubl@zeromski-szpital.pl](mailto:zpubl@zeromski-szpital.pl), faks (012) 6444756.

Adres strony internetowej (url):

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** 6)

**W ogłoszeniu jest:** Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylność, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). Skuteczność wobec *Clostridium Difficile* potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze - dotyczy grupy 2 Katalogi lub ich kopie, ulotki informacyjne, broszury zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim.

**W ogłoszeniu powinno być:** Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylność, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). Skuteczność wobec *Clostridium Difficile* potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze - dotyczy grupy 2 Katalogi lub ich kopie, ulotki informacyjne, broszury zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2019-10-03

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2019-10-07

#### **II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:** Część nr: 1 Nazwa: GRUPA 1 - lampa bezcieniowa 1 sztuka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający dopuści ilość diod LED - 15 (5 modułów po 3 diody białe) Zamawiający dopuści ilość diod LED - 12 (diody białe) Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych, co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4500K (+/- 100K) Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 diod LED Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o natężeniu światła  $E_c$  lampy na poziomie 70 000 lux Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w ośmiu krokach w zakresie od 10 do 100% za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z włączaniem/wyłączaniem oraz regulacją natężenia światła za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada dodatkowych uchwytów bocznych rozmieszczonych na obwodzie kopuły, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:** Część nr: 2 Nazwa: GRUPA 2 - myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych 6 sztuk 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający dopuści minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen z pokrywką oraz zamiennie trzy kaczki Zamawiający dopuści możliwość mycia basenów podłużnych (51,5 cm) z długą rączką oraz misek do mycia pacjentów o średnicy min. 36 cm - naczynia dostępne na polskim rynku Zamawiający dopuści drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne (z wyjątkiem zewnętrznego panelu sterowania), ramę oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI lepszej gatunkowo (AISI 316L) Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach mniejszych niż wymagane i wynoszących: szerokość 450mm, głębokość w podstawie 500mm oraz wysokość 1320 mm Zamawiający dopuści moc znamionową maksymalnie 3,5 kW Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji dezynfekcji termicznej w zakresie A0 60 – 600, zgodnej z obowiązującą normą PN EN ISO 15883-3 Zamawiający dopuści schładzanie i suszenie naczyń sanitarnych wymuszonym powietrzem za pomocą wentylatora z filtrem H13 Zamawiający dopuści system suszenia wsadu strumieniem powietrza wyposażony w kondensator oparów i filtr HEPA klasy H13 Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą BLUETOOTH lub poprzez podłączenie myjni-dezynfektor do sieci internetowej Zamawiający wymaga zaoferowania czujnika drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja drożności i zatrzymania pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). Zamawiający dopuści

urządzenie posiadające możliwość załadunku na jeden cykl 1 basen z pokrywą + 1 kaczką oraz zamiennie 3 kaczki Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wys. 1630 x szer. 545 x gł. 475mm Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie 60 do 3000 Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu < 70dB Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie posiadało możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika, a jego wymiana mogła zostać przeprowadzona bez użycia narzędzi

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:** Część nr: 4 Nazwa: GRUPA 4 - wózek do przewożenia chorych 1 sztuka 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją hydrauliczną pozycji Trendelenburga 12° oraz anty-Trendelenburga 12° Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, którego przeziernie dla promieni RTG leże wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa HPL Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w aluminiowe barierki boczne Zamawiający w rozumieniu koszt na ubrania pacjenta dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w miejsce-półkę na rzeczy pacjenta zlokalizowane w tworzywowej ochronie podstawy wózka Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej wynoszącej 800 mm Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o regulacji pozycji Trendelenburga wynoszącej 18 ° oraz anty-Trendelenburga wynoszącej 10° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:** Część nr: 5 Nazwa: GRUPA 5 - łóżko rehabilitacyjne dziecięce 4 sztuki - Łóżko rehabilitacyjne proste - 6 sztuk - Łóżko elektryczne - 6 sztuk - Szafka przyłóżkowa - 16 sztuk 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** (Łóżko rehabilitacyjne proste - 6 szt.)

Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne proste ze szczytami z rur stalowych malowanych farbą poliestrowo-epoksydową (proszkową) Zamawiający dopuści wybór koloru wypełnienia szczytów HPL z palety minimum 6 kolorów Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne wyposażone w poręcze boczne malowane farbą poliestrowo-epoksydową (proszkową) malowane w kolorze dopasowanym do ramy leża łóżka Każde z łóżek rehabilitacyjnych prostych ma być wyposażone w komplet barierki (Łóżko rehabilitacyjne elektryczne - 6 szt.) Zamawiający dopuści łóżka o szerokości leża 860mm +/- 10mm przy szerokości całkowitej łóżka 990mm (Szafka przyłóżkowa - 16 szt.) Zamawiający dopuści wybór koloru blatu HPL z palety minimum 6 kolorów Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) o wymiarach zewnętrznych 80 x 167 cm oraz leżem o wymiarach 69 x 135 cm Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z Trendelenburgiem 7° i anty-Trendelenburgiem 7° Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z regulacją wysokości barierki bocznych w zakresie 105-155,5 cm Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne dziecięce (4 szt.) z kołami o średnicy 100 mm Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) o szerokości całkowitej 92,5 cm Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) z leżem o szerokości 80 cm Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) wykonane z profili stalowych 4 x 3 cm Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) z wypełnieniem szczytów nieodejmowanym Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne (6 szt.) z poręczami bocznymi stalowymi, lakierowanymi proszkowo

Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z leżem o szerokości 870 mm Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami tworzywowymi z polipropylenu Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm Zamawiający dopuści łóżko elektryczne (6 szt.) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16° Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 46 cm (wraz z uchwytami do otwierania szuflady i drzwiczek) Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wyjmowanej półki wewnątrz w zamykanej komorze

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:** Część nr: 6 Nazwa: GRUPA 6 - wózek inwalidzki 3 sztuki 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający dopuszcza zaoferowania wózka o poniższych parametrach: Szerokość siedziska 48 cm Głębokość siedziska 41 cm Wysokość oparcia 43 cm Szerokość całkowita wózka 69,5 cm; Wysokość siedziska nad podłoże 50 cm Odległość od siedziska do stopki podnóżka 34-48 cm Waga wózka kompletnego 21,6 kg (z kołami i podnóżkami) Maksymalne obciążenie 150 kg Wielkość kół przednich 200 x 37 mm lane Wielkość kół tylnych 24 x 1 3/8 lane - bezobsługowe Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o szer. całkowitej 67 cm, wyposażony w podłokietniki krótkie o dł. 24 cm i szer. 4 cm