



Poznań, dnia 21-10-2019r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli, nr sprawy ZP/4724/D/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje

- dla poz. tlen 5.0 następujące poziomy zanieczyszczeń:

$H_2O \leq 3\text{ppm}$

$CnHm \leq 0,5\text{ppm}$

- dla trójfluorku metanu 5.0 następujący poziom zanieczyszczeń:

$H_2O < 1\text{ppmv}$

$O_2 < 5\text{ppmv}$

$N_2 < 20\text{ppmv}$

$CO < 5\text{ppmv}$

$CO_2 < 1\text{ppmv}$

halogenowane węglowodory $< 5\text{ppmv}$

- dla metanu 5.0 następujący poziom zanieczyszczeń:

$H_2O < 5\text{ppm}$

$O_2 < 5\text{ppm}$

$CO_2 < 1\text{ ppm}$

$H_2 < 1\text{ ppm}$

$N_2 < 15\text{ ppm}$

pozostałe węglowodory $< 5\text{ ppm}$

Etan $< 15\text{ ppm mol}$

- dla grupy produktów podanych w specyfikacji pod nazwą MINICAN (poz. 28-36) butle o pojemności wodnej 1L

2. Dot. poz. 37 i 38, proszę o potwierdzenie czy te produkty są zamawiane przez 3 różnych użytkowników?



UNIwersYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
BiuRO Zamówień Publicznych

3. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę butli 10L w miejsce 2L ale przy zachowaniu ceny jak dla butli B2

Odpowiedź:

1.

- a) Zamawiający dopuszcza taki poziom zanieczyszczeń dla tlenu 5.0.
- b) Jeśli Wykonawca faktycznie zagwarantuje czystość główną gazu na poziomie N 5.0 (99,999), to Zamawiający dopuszcza zaoferowany poziom zanieczyszczeń.
- c)) Jeśli Wykonawca faktycznie zagwarantuje czystość główną gazu na poziomie N 5.0 (99,999), to Zamawiający dopuszcza zaoferowany poziom zanieczyszczeń.
- d) Tak, o ile będą to butle jednorazowe bez najmu.

2. Produkty z poz. 37 i 38 jak również produkty z pozostałych pozycji mogą być zamawiane przez wielu, różnych użytkowników, czasami w tym samym budynku, czasami w różnych budynkach, ale należących do Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza dostawę butli 10L w miejsce 2L przy zachowaniu ceny jak za butlę 2L (B2).

Zpoważanie

Z-ca Kierownika
Sekcji Zakupów

mgr Janusz Brzeziński