



Poznań, 25.10.2019 r.

ADZP-381-51/19

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniach 23.10.2019r. oraz 24.10.2019 r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych Bloku Operacyjnego, Oddziału Laryngologicznego w Szpitalu Św. Józefa przy ul. Kryświczka 7/8 oraz Bloku Operacyjnego i Działu Operacyjno-Pooperacyjnego Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochońskiego w Poznaniu.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta) o identycznej funkcjonalności, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Zamówienie częściowe nr 1 – Narzędzia chirurgiczne

Zestaw operacyjny nr 2 – 1 szt.

Lp.1 Hak o wym. 45x75 i dł. 255 mm.

Lp.2 Hak operacyjny o wymiarach 23x16 mm i 26x16 mm oraz 27x16 mm i 30x16mm.

Lp.4 Kosz stalowy siatkowany o wymiarach 460x250x100 mm.

Lp.5 i 6 Tworzące bezobsługowy kontener z pokrywą o wymiarach 460x290x130 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw do szwów nr 1 – 1 szt.

Lp.1 Imadło o dł. 150 mm.

Lp.3 Imadło o dł. 200 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw naczyniowy nr 1 – 1 szt.

Lp.1 Kleszczyki jelitowe o dł. 150 mm.

Lp.2 Atraumatyczny mikrozacisk o dł. 40 mm i dł. Szczęk 13 mm, żylny czy tętniczy.

Lp.3 Atraumatyczny mikrozacisk o dł. 50 mm i dł. Szczęk 23 mm, żylny czy tętniczy.

Lp.4 Atraumatyczny mikrozacisk o dł. 40 mm i dł. Szczęk 13 mm, żylny czy tętniczy.

Lp.5 Atraumatyczny mikrozacisk o dł. 50 mm i dł. Szczęk 23 mm, żylny czy tętniczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw naczyniowy nr 2 – 1 szt.

Lp.2 Kleszczyki naczyniowe o dł. 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw skórny – 1 szt.

Lp.1 Kleszczyki Foesrter o dł. 240mm.

Lp. 2 Kleszczyki do otrzewnej o dł. 200 mm.

Odpowiedź: Dla Lp 1 – Zamawiający dopuszcza.

Dla Lp 2 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw do szycia – 5 szt.

- Lp.1 Imadło chirurgiczne o dł. 200 mm.
- Lp.9 Wziernik ginekologiczny o wymiarach 115x45 mm.
- Lp. 10 Wziernik ginekologiczny o wymiarach 115x60 mm.

Odpowiedz: Dla Lp 1 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dla Lp 9 – Zamawiający dopuszcza.

Dla Lp 10 – Zamawiający dopuszcza.

Zestaw do rewizji poporodowej – 2 szt.

- Lp.4 Wziernik ginekologiczny o wymiarach 115x45 mm.
- Lp.5 Wziernik ginekologiczny o wymiarach 115x60 mm.
- Lp.6 Skrobaczka ginekologiczna 28mm typu Bumm (Recamier).

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw do rewizji – 1 szt.

- Lp.4 Wziernik ginekologiczny o wymiarach 115x45 mm.
- Lp.5 Wziernik ginekologiczny o wymiarach 115x60 mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw laryngologiczny – 1 szt.

- Lp.1 Wziernik o śr. 4,5 mm.
- Lp.5 Igła do paracentezy o dł. 180 mm.
- Lp.6 Kaniula ssąca o dł. 125 mm.
- Lp.7 Szpatułka językowa o wymiarach 60x27 mm.
- Lp.8 Szpatułka językowa o wymiarach 70x30 mm.
- Lp.9 Szpatułka językowa o dł. 85 mm.
- Lp.10 Disektor i retraktor migdałkowy o dł. 220 mm i o szer. retraktora 15 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw chirurgiczny – 1 szt.

- Lp.2 Nożyczki opatrunkowe o dł. 140 mm, nie fioletowe, jedno ostrze ząbkowane.
- Lp.4 Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Slim o dł. 140 mm.
- Lp.6 Kleszczyki do opatrunków o dł. 150 mm.
- Lp.11 Kleszczyki jelitowe o dł. 150 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw do szycia drobne – 1 szt.

- Lp.2 Nożyczki chirurgiczne o dł. 115 mm i dł. ostrza 22 mm.
- Lp.4 Nożyczki preparacyjne o dł. 120 mm.
- Lp.6 Kleszczyki do opatrunków o dł. 150 mm.
- Lp.7 Kleszczyki o dł. części ząbkowanej 26 mm.
- Lp.14 Pinceta z uchwytem bez otworów.
- Lp.15 Pinceta z uchwytem standardowym.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw do szycia – 1 szt.

- Lp.2 Nożyczki opatrunkowe o dł. 140 mm, nie fioletowe, jedno ostrze ząbkowane.
- Lp.4 Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum-Slim o dł. 140 mm.
- Lp.6 Kleszczyki do opatrunków o dł. 150 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Nożyczki – 10 szt.

- Lp. 1 Nożyczki o dł. 105 mm lub 115 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy . Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny niektórych narzędzi trwa ok 10 tygodni.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem w § 5 ust. 4 a § 5 ust. 16 projektu umowy i wprowadzenie jednolitego - 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedz: Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie 4:


Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu Umowy (...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu Umowy;
 - b) w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu Umowy (...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, którego dotyczy zwłoka w podejmowaniu napraw;
 - c) w wysokości 0,2 % wartości brutto (...), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto narzędzi oddanych do naprawy;
 - d) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksplotacyjnych

mgr inż. Marzena Krzyżanińska

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke, 61 850 62 95, karolina.prentke@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Bolesława Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań