



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



UNIwersYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Poznań, dnia 29.10.2019r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - 5 Części, nr sprawy ZP/5229/D/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi

Pytania:

1. Zwracam się z następującym zapytaniem do specyfikacji technicznej:

- **dot. Części 2 – piec laboratoryjny mufkowy**

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne: 295 x 195 x 120 mm?

2. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie:

Część 1 – inkubator z wytrząsaniem z platformą

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 250 W?

Odpowiedzi:

1. Tak. Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne: 295 x 195 x 120 mm.

2. Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy 250 W.


prof. dr hab. Ryszard Naskręcki