



UNIwersYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU  
- Biuro Zamówień Publicznych



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska



UNIwersYTET  
IM. ADAMA MICKIEWICZA  
W POZNANIU

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Poznań, dnia 31.10.2019r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - 5 Części, nr sprawy ZP/5229/D/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi

Pytania:

1. Dotyczy Części Nr 1:  
Czy dopuszczają Państwo zakres temperatur: od 10 °C powyżej temperatury otoczenia do +80 °C ?
2. Dotyczy Części Nr 2:  
Czy dopuszczają Państwo moc całkowitą 1,8 kW przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedzi:

1. Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego zakresu temperatur.
2. Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy całkowitej 1,8 kW.

PROREKTOR  
  
prof. dr hab. Ryszard Kozłowski

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293  
tel. +48 61 829 44 40, fax. +48 61 829 40 12  
zamowienia@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)