



Poznań, 14.11.2019 r.

ADZP-381-53/19

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**III Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz sprostowanie odpowiedzi na pytania nr 3, nr 4,  
nr 5 z dnia 07.11.2019 r. oraz przesunięcie terminu składania ofert.**

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż w dniu 12.11.2019 r., do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu” – znak sprawy ADZP-381-53/19,

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o doprecyzowanie czy układ pacjenta z generatorem należy zaoferować z poz. 2 czy poz. 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego z generatorem do pozycji 2.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga paskowego mocowania, które dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją głowy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Sprostowanie pytań:**

**Jest:** Pytanie nr 3 -Czy Zamawiający wymaga w punkcie 4 mocowania LP w postaci paskowego mocowania pacjenta – 6 rozmiarów.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Winno być:** Pytanie nr 3 -Czy Zamawiający wymaga w punkcie 4 mocowania LP w postaci paskowego mocowania pacjenta – 6 rozmiarów.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Jest:** Pytanie nr 4-Pakiet nr 1-Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 4 i dopuszczenie układu podwójnie podgrzewanego o poniższych parametrach. Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływak kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści w/w. asortyment.

**Winno być:** Pytanie nr 4-Pakiet nr 1-Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 4 i dopuszczenie układu podwójnie podgrzewanego o poniższych parametrach. Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływalki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w. pakietu ale dopuści w/w. asortyment w pakiecie nr 1 pozycja 4.

**Jest: Pytanie nr 5-** Prosimy o doprecyzowanie czy w Zadaniu częściowym nr 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 4 czepca do terapii wymiennych wraz z układem z generatorem IF do zamocowania generatora na czepcu? Układ musi posiadać w zestaw generatora o następującym składzie:

- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami,
- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym,
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarach S, M, L (3 szt.),
- klipsy do uporządkowanego podtrzymywania rur – 4 szt.,
- miarka.

**Odpowiedź:** Tak, oczekujemy czepca wraz z generatorem.

**Winno być: Pytanie nr 5-** Prosimy o doprecyzowanie czy w Zadaniu częściowym nr 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 4 czepca do terapii wymiennych wraz z układem z generatorem IF do zamocowania generatora na czepcu? Układ musi posiadać w zestaw generatora o następującym składzie:

- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami,
- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym,
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarach S, M, L (3 szt.),
- klipsy do uporządkowanego podtrzymywania rur – 4 szt.,
- miarka.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie oczekuje.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej: ustawą Pzp) uprzejmie Państwa informuje, iż postanowił przedłużyć termin składania ofert, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „**Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu**”.

Powyższy termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2019-11-18 na dzień 2019-11-22. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2019-11-18 na dzień 2019-11-22. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę następujących punktów SIWZ:

**W punkcie 14 ppkt. 14.11 SIWZ przed zmianą jest:**

- 14.11 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „**Oferta na: „Dostawa**

akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu" NIE OTWIERAĆ przed: 2019-11-18 godz. 09:30".

**Po zmianie punkt 14 ppkt. 14.11 SIWZ otrzymuje brzmienie**

- 14.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: „Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu" NIE OTWIERAĆ przed: 2019-11-22 godz. 09:30".

**W punkcie 15 ppkt. 15.1 i 15.3 SIWZ przed zmianą jest:**

- 15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: D-11, Kancelaria do dnia 18.11.2019 r. do godz. 09:00.
- 15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.11.2019 r. o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr D-1, Dział Zamówień Publicznych.

**Po zmianie punkt 15 ppkt. 15.1 i 15.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

- 15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: D-11, Kancelaria do dnia 22.11.2019 r. do godz. 09:00.
- 15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.11.2019 r. o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr D-1, Dział Zamówień Publicznych.
- Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

mgr inż. *Martyna Wierzbicka*

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, +48 61 850 62 95, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. Bolesława Kryświckiego 7/8  
61-825 Poznań