



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/66/D/Nu/A/2019/176/2019

Limanowa dnia: 2019-12-18

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-12-16 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu w trybie **przetarg nieograniczony – procedura poniżej 30 000 €**, na:

Dostawy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, asferyczna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z injectorem do implantacji, do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D, co 0,5 D, dwuwypukła, filtr UV, angulacja części haptycznych 0o, długość całkowita 12,5 mm, moc cylindra 1,25; 2,0; 2,75; 3,5; 4,25; 5,0; 5,75 D na zamówienie, współczynnik refrakcji - 1,54. Do soczewki dołączony jednorazowy injector do cięcia 2,2 mm wraz z jednorazowym markerem do oznakowania oka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w soczewkę jednoczęściową, akrylową, asferyczną, toryczną hydrofilną z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV Uwodnienie: 25% Współczynnik refrakcji: 1.46 Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) Średnica optyczna: 6 mm Długość całkowita: 10.75 mm Angulacja: 5 st Stała A-Constant: 118.6 Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści soczewki toryczne o stopniu uwodnienia poniżej 0,7% oraz dioptrażu od +6,0 do +30,0D z krokiem co 0,5D, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę preloaded jednoczęściową zwijalną asferyczną z cylindrem do korekcji astygmatyzmu, akrylową o właściwościach hydrofobowych, z filtrem UV, o średnicy części optycznej 5,8 i 6,0 mm i długości całkowitej odpowiednio 10,50 i 10,79 mm w zależności od dioptrażu, ukątowaniu części haptycznych 5°, współczynnika refrakcji 1,54, mocach cylindra +0,75; +1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,5; 5,25; 6,0 D, dostępną w zakresie +10,0 do +35,0D dostarczaną wraz z pisakiem do markowania oka?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

