



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: lwegrzyn@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/04/D/Nu/LW/2020/13/2020

Limanowa dnia: 2020-01-17

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1

Informujemy, iż w dniu 2020-01-16 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony - procedura poniżej 30 000 €**, na:

Dostawy w dziewięciu zadaniach bielizny szpitalnej, noworodkowej, operacyjnej oraz mat podłogowych chłonnych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie 1

Dotyczy : zadanie 6,poz.1

Czy zamawiający dopuszcza wszystkie metki o rozmiarach 4,5cm x 4,0cm zawierającej informacje:

Szpital Powiatowy w Limanowej (pierwszy wiersz) Nazwa oddziału/komórki organizacyjnej, którą to Zamawiający będzie przysyłał z bieżącymi zamówieniami oraz data zamówienia zapisana w formacie np. 01.20 i symbole prania/konserwacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Zestaw 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 dopuści tkaninę o zawartości bawełny 69% oraz gramaturze 150 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu 3 (bluza + spodnie) dopuści tkaninę bawełniano poliestrową z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69% oraz gramaturze 150 g/m², spełniającą wszystkie parametry normy PE-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści następujące kolory: zielony, jasny niebieski, bordowy lub czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Czy Zamawiający dla zadania 3 i 4 dopuści oznaczanie metodą termodruku wielkość liter 0,6 cm? Tą metodą były oznaczana serwety dostarczane do Państwa Szpitala w latach 2018 i 2019

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie bielizny z Zadania nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 8 nadrukiem o wysokości liter 0,6 cm o układzie jak niżej:

SZPITAL POWIATOWY

W LIMANOWEJ

NAZWA ODDZIAŁU/KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

DATA ZAMÓWIENIA

Proponowany nadruk jest bardzo czytelny i estetyczny, dostępny w 5 kolorach: białym, czarnym, niebieskim, zielonym oraz czerwonym.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zamawiający w Zadaniu nr 2 złożył zamówienie na fartuch operacyjny wielokrotnego w strefie krytycznej wykonany z tkaniny poliestrowej i antystatyczną nitkę węglową, nieprzemakalnej, pełnobarierowej, oddychającej, o gramaturze 95-115g/m².

W związku z niską gramaturą tkaniny w polu krytycznym Zamawiający powinien wymagać dużego poziomu odporności na przenikanie cieczy. Zapewni to maksymalny poziom bezpieczeństwa Użytkowników.

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy barierowe z Zadania nr 2 posiadały w polu krytycznym odporność na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm słupa wody?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pole krytyczne fartuchów z Zadania nr 2 o gramaturze 120g/m²?

Proponowana gramatura jest praktycznie identyczna z opisaną w IWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zamawiający w Zadaniu nr 2 i 3 wyspecyfikował tkaninę na pole niekrytyczne fartuchów i ubrania operacyjne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem nitki węglowej. Tkanina z dużą zawartością bawełny nie elektryzuje się a właśnie temu służy nitka węglowa.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 pole niekrytyczne fartuchów oraz w Zadaniu nr 3 ubrania operacyjne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej bez nitki węglowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Zamawiający w Zadaniu nr 3 wymaga ubrań operacyjnych zgodnych z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z Zadania nr 3 były w pełni zgodnie z normą 13795, tj. w zakresie parametrów jak poniżej:

- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów - na sucho,

co będzie potwierdzone dostarczonymi na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną wykonaną z tkaniny o zawartości bawełny 48%, poliestru 52% i gramaturze 125 - 128 g/m²?

Proponowana odzież jest w pełni zgodna z normą PN-EN 13795i jest dostępna w 6 kolorach, tj.: zielonym, niebieskim, granatowym, szarym, bordowym oraz czerwonym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne z Zadania nr 3 typu unisex, tj. jednakowy krój dla kobiet i mężczyzn, gdzie bluzy mają dekol w kształcie litery V na zakładkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści bieliznę operacyjną o wymiarach:

- w Zadaniu nr 4 serwety z poz. 3 o wymiarze 50x60 cm,
- w Zadaniu nr 5 serwety z poz. 4 o wymiarze 50x60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści serwety chłonne z Zadania nr 5 zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie najważniejszych parametrów tj. pylenia i czystości pod względem cząstek stałych?

Zamawiający wymaga tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 i jednocześnie chłonnej. Chłonna tkanina nie spełnia jednak parametru nieprzemakalności w związku z tym nie może być w pełni zgodna z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Zamawiający w Zadaniu nr 5 wymaga bielizny wysokochłonnej.

Czy Zamawiający wymaga chłonności bielizny z Zadania nr 5 na poziomie co najmniej 150%?

Odpowiedź: Zgodnie z IWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści by maksymalna temperatura prania bielizny operacyjnej z Zadań od 2 do 5 wynosiła 70oC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Zamawiający wymaga, aby pokrowce na materace z Zadania nr 8 wykonane były z tkaniny o gramaturze 150-180 g/m2. Pokrowce o tak dużej gramaturze są bardzo nieekonomiczne w praniu. W ofercie posiadamy pokrowce z tkaniny o gramaturze 135 g/m2. Dzięki niższej gramaturze oferowane przez nas pokrowce są dużo tańsze w praniu od wymaganych przez Zamawiającego. Mimo niskiej gramatury oferowane przez nas pokrowce są bardzo wytrzymałe na rozerwanie - po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N oraz charakteryzują się dużą odpornością na przesiąkanie cieczy min. 500cm.

Czy Zamawiający dbając o ekonomikę oraz uczciwą konkurencję dopuści w Zadaniu nr 8 pokrowce na materac wykonane z poliestrowej tkaniny powleczonej membraną poliuretanową o gramaturze 135 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców w jednym kolorze, tj. kremowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8 pokrowce na materace podlegające praniu w temperaturze do 70oC, bez możliwości sterylizacji?

Tkanina dedykowana do produkcji pokrowców nie podlega praniu wysokotemperaturowemu ani sterylizacji, ponieważ wysoka temperatura negatywnie wpływa na jej właściwości. Ponadto pokrowce nie wymagają prania po każdorazowym użyciu. Do codziennej konserwacji zalecana jest dezynfekcja miejscowa za pomocą środków nie zawierających chloru i o niskim stężeniu alkoholu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8 pokrowce na materace zapinane na zamek z dwóch stron w kształcie litery L? Proponowany sposób zapięcia jest bardzo wygodny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce na materace z Zadania nr 8 były wyrobem medycznym, co będzie potwierdzone dostarczonymi na wezwanie dokumentami, tj. deklaracją zgodności CE oraz zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści pokrowce wykonane z tkaniny antybakteryjnej i przeciwgrzybiczej, jednak bez specjalnej powłoki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna

Pytanie 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania metek do odznaczania ilości cykli w wyrobach wykonanych z tkanin chłonnych, tj. w ubraniach z Zadania nr 3 oraz serwetach z Zadania nr 5?

Standardowo metki lub nadruki do odznaczania ilości cykli użyć są umieszczane w wyrobach barierowych, tj. wykonanych z tkanin nieprzemakalnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna