



Poznań dn. 26.02.2020r

Znak sprawy: ADZP-381-A-42/20

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Zakup narzędzi laparoskopowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.02.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 6) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poniżej przedstawia treści zapytania wraz z odpowiedziami.

PYTANIE NR 1 DOTYCZY POZYCJI NR 19

Czy Zamawiający dopuści kleszcze laparoskopowe, chwytające i preparacyjne bransze o długości 26 mm, obrotowe, bez podłączenia do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, śred. 10 mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka metalowa, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 2 DOTYCZY POZYCJI NR 23

Czy Zamawiający dopuści wkład nożyczek typu METZENBAUM; ostrza zakrzyw., dł. 15 mm, 2 bransze ruchome, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 3 DOTYCZY ZAPISÓW WZORU UMOWY (§2 podpunkt 1)

Czy ze względu na fakt, iż przedmiot zamówienia znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę o uwzględnienie terminu dostawy do 6 tygodni

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji ogłoszenia, wzoru Umowy.

PYTANIE NR 4 DOTYCZY ZAPISÓW WZORU UMOWY (§2 podpunkt 3)

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z §2 podpunktu 3 odnośnie zapewnieniu kompleksowej regeneracji narzędzi, ponieważ ten zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych narzędzi do laparoskopii, tylko wedle naszej wiedzy dotyczy narzędzi chirurgicznych do zabiegów otwartych (laparotomia)

Odpowiedź: Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji.

PYTANIE NR 5 DOTYCZY ZAPISÓW WZORU UMOWU (§2 podpunkt 5)


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 i 8 produktów które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyceyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6 DOTYCZY ZAPISÓW WZORU UMOWU (§5 podpunkt 12.2)

Czy Zamawiający dopuści naprawę narzędzi w terminie do 21 dni od ich odebrania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr inż. Małgorzata Krzyżanińska

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, tel. 61 850 62 95, e-mail: agata.szulczyk@szoz.pl, zampub@szoz.pl