



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/32/D/N/A/2020/91/2020

Limanowa dnia: 2020-05-12

Wszyscy zainteresowani !!!

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Informujemy, iż w dniu 07, 08, 11-05-2020 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 9 zadaniach.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do szycia łąkówek typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora bez wychodzenia ze stawu. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą, mocowaną na igłę aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia (bez potrzeby użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej teleskopowej ze śrubą kompresyjną M4?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ w wersji krótkiej 180-280mm oraz w wersji długiej 300-460mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

Zestaw 3

Pytanie 1

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści również zestaw do szycia łąkówek metodą all-inside, składający się z implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu materacowego. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłaniającym. Szw z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łąkótkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści? Technika operacyjna w załączeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zestaw 4

Pytanie 1

Zadanie nr 1

Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gwoździ udowych w części dystalnej posiadających min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach, z czego jeden kompresyjny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 2

Poz. 3 Czy Zamawiający wymaga jednego uniwersalnego gwoźdź ramiennej o średnicy części bliższej dla średnic 7÷8mm nie większej niż 9mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie 3

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający zamiast gwoździ opisanych w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych typu Gamma o następujących parametrach: Śródszpikowy gwóźdź typu Gamma do zespołów złamań okołokrętarzowych kości udowej z 6 stopniową antetorsją o kącie szyjkowo-trzonowym 130 i 135 stopni, wersja kaniulowana, średnice 10-11mm w wersji krótkiej dł. 180-240mm, oraz w wersji długiej lewy i prawy, dł. 280-420mm, materiał tytan. Gwóźdź blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem zapobiegającym migracji o średnicy 11mm, długość od 70-120mm wraz ze śrubą kompresyjną, możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający w §7 ust. 2 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną oferowaną, a ceną zamówienia zastępczego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający usunie słowo „wszelkie” w §7 ust. 1 i ust. 2, oraz czy Zamawiający doprecyzuje w ust. 1, iż niewykonanie umowy musi być zawinione przez Wykonawcę?

Obecny zapis jest nieprecyzyjny, a co za tym idzie wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 4 w zw. z §8 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Tak

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BATERIOLOGICZNA