

Suwałki, dnia 12/06/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262.178/20/PN/MN/2020

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**NS: 20/PN/MN/2020**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: [Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach](#)**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **UCZESTNIK 1**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8, w pozycji 1, 2 i 3 opaski dziane wykonane z przedzy poliestrowo-wiskozowej, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, w pozycji 1-5 opaski o wymiarach 4m +/- 10% oraz 5m +/- 10%, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

##### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 gazę jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **UCZESTNIK 2**

##### **Pytanie 1 Pakiet 1 poz. 1-6**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o długości 6 metrów – mierzona w stanie relaksacyjnym, z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

##### **Pytanie 2 Pakiet 8 poz. 1-5**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opaski poliestrowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00  
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: [wojewodzki@szpital.suwalki.pl](mailto:wojewodzki@szpital.suwalki.pl),  
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,  
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



**Pytanie 3 Pakiet 16 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pokrowców na nogi jałowych, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina propylenowa i folia polietylenowa o lepszej gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, wymiary: 75x120 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 Pakiet 17 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie serwety jałowej, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina propylenowa i folia polietylenowa o lepszej gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5 Pakiet 18 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie serwety jałowej operacyjnej, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina propylenowa i folia polietylenowa o lepszej gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze: 100x150 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6 Pakiet 22**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 22, co pozwoli Wykonawcom na złożenie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 Pakiet 28 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety jałowej, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina propylenowa i folia polietylenowa o lepszej gramaturze 40,2 g/m<sup>2</sup>, rozmiar: 38x45 cm. pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8 Pakiet 50 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie serwety jałowej operacyjnej, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina propylenowa i folia polietylenowa o lepszej gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 7 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

- „1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 11**

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 6 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 12 Pakiet 46 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego produktu:

Gotowa do użycia pianka do delikatnego oczyszczania i pielęgnacji bardzo podrażnionej skóry bez potrzeby użycia wody, mydła czy balsamu do mycia. Odpowiednia również do oczyszczania okolic narządów płciowych oraz w przypadku inkontynencji. Przetestowana pod kątem dermatologicznym. Pojemność 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 13 Pakiet 47 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania poniższego produktu:

Krem barierowy zawierający tlenek cynku. W przypadku inkontynencji krem tworzy fizyczną barierę ochronną i wspiera regenerację skóry. Krem ma działanie antyseptyczne i właściwości przeciwzapalne. Zawarta alantoina koi skórę. Przetestowany pod kątem dermatologicznym. Pojemność 200 ml

M.N./M.N.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

### UCZESTNIK 3

#### **Pytanie 1 Pakiet 6, poz. 1**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 2 Pakiet 6, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 3 Pakiet 6, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 4 Pakiet 8. Poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 5 Pakiet 8, poz. 4-5**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 6 Pakiet 8, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 7 Pakiet 8, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 8 Pakiet 8, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 9 Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenu etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

M.N./M.N.

**Pytanie 10 Pakiet 11**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11 Pakiet 27, poz. 1-4**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12 Pakiet 52, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylizowaną?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13 Pakiet 52, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14 Pakiet 52, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 szt. w blisterze, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 Pakiet 52, poz. 2**

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**UCZESTNIK 4****Pytanie 1 SIWZ:**

Czy w związku z faktem, że dzień 11.06 jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz dużą ilością wymaganych próbek prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18/06/2020r.

**Pytanie 2 Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści siatki o długości **min.** 10 metrów – mierzonej w stanie relaksacyjnych?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 Pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek nawiniętych na plastikowy perforowany trzpień, który ułatwia równomierne namakanie opaski i nie ulega odkształceniu przy odciskaniu o czasie namaczania 5s?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5 Pakiet 21**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w opakowanie typu blister nie posiadające dwóch samoprzylepnych metek?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6 Pakiet 21**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane A'5szt. lub A'10szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 Pakiet 29**

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną w roku serwety? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8 Pakiet 38, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci w przedziale wagowym 5-9 kg?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9 Pakiet 38, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci w przedziale wagowym 8-18 kg?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 Pakiet 40, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11 Pakiet 45**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12 Pakiet 45 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 1500g?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13 Pakiet 45 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2200g?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytania 14 Pakiet 45 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500g?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 Pakiet 45 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500g?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 16 Część 53**

Czy Zamawiający wymaga zestawu zawierającego w swym składzie kompresy włókninowe o gram. 40 g/m<sup>2</sup> 7,5 x 7,5 cm w wycięciem „O” zamiast kompresów 30 g/m 2 7,5 x 7,5 cm bez wycięcia? Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

#### **Projekt umowy**

##### **Pytanie 17**

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.

##### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy został dodany ust. 4 o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu o przytoczonej treści.

##### **Pytanie 19**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie lub aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Numer umowy zamiast na fakturze może znajdować się na dokumencie dostawy, np. na dokumencie WZ.”?

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, numer umowy nie musi być zamieszczony na fakturze. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania numeru umowy na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, czyli niekorzystnie wpłynąć na wysokość oferowanej ceny.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na dodanie zdania o treści: „Numer umowy zamiast na fakturze może znajdować się na dokumencie dostawy, np. na dokumencie WZ.

##### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy dopisać słowa „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie § 5 ust. 2 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 5 ust. 2 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 21**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości niedostarczonych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby dostawa została częściowo zrealizowana w terminie a zwłoka dotyczyła tylko nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów niedostarczonych w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towarów niedostarczonych w terminie. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 22**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy słowa „0,5% wartości zamówienia częściowego brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w wymianie towarów wadliwych była naliczana od wartości wadliwych towarów, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby wadliwa była tylko część towarów objętych zamówieniem, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towarów wadliwych, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość towarów wadliwych. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny jednostkowe w razie wynikającej ze zmiany przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT; bądź w razie przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen, w szczególnych okolicznościach takich jak zmiana stawki VAT, inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.



## UCZESTNIK 5

### Pytanie 1 Pakiet nr 31 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów sterylnych gazowych 10cm x 10cm 17N 12W z nitką RTG. Pakowane a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

## UCZESTNIK 6

### Pytanie 1 Pakiet nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu chroniącego i intensywnie pielęgnującego podrażnioną, suchą i łuszczącą się skórę oraz pobudzającego jej naturalną regenerację, z zawartością oktenidyny, pantenolu (składnik pobudzający naturalną regenerację skóry), bisabololu (łagodzi podrażnioną skórę) oraz parafiny ciekłej

Nie zawiera substancji barwiących i zapachowych. Produkt został przetestowany dermatologicznie.

Krem zalecany jest do stosowania na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji, do skóry wrażliwej i podrażnionej np. atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, skóra podrażniona po radioterapii, na otarcia, zadrapania, do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne), po oparzeniach i oparzeniach słonecznych, do miejsc po wykonaniu tatuażu, do pielęgnacji podrażnionej skóry w okolicach miejsc intymnych (zmiana pieluchomajtek, pampersów), dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, w tym na oddziałach intensywnej terapii (redukuje nieprzyjemne zapachy wywołane przez drobnoustroje oraz chroni przed wilgocią). Opakowanie a 50ml wraz z możliwością przeliczenia ilości opakowań. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## UCZESTNIK 7

### Pytanie 1 Część 16, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowców na nogi w rozmiarze 79x140 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie 2 Część 36, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x20cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

## UCZESTNIK 8

### Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 38, pozycja: 1): pieluch jednorazowych dla dzieci o wadze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Dopuszcza nie wymaga

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 38): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: TAK

### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych, które posiadają rekomendowaną dolną granicę obwodu na poziomie 56cm i maksymalny obwód na poziomie co najmniej 96cm?

Odpowiedź:TAK

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'24 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź:TAK

### Pytanie 5

Czy Zamawiający **nie dopuści** w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycje: 1, 2, 3,4): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności).

Odpowiedź:ZGODNIE Z SIWZ

### Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycje: 1, 2, 3,4): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź: DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

### Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycje: 1, 2, 3,4): pieluchomajek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynną, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę przed wyciekaniem moczu na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

### Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycja: 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:ZGODNIE Z SIWZ

#### Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 46): piankę myjąco – pielęgnującą o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

#### Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 47) krem ochronny z tlenkiem cynku o pojemności 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pakiet 45, pozycje: 1, 2, 3, 4) przy określeniu parametrów oceny jakościowej dotyczącej chłonności produktów cytuje: „Chłonność równa, bądź większa niż (odpowiednio) poz. 1 - 2300g, poz. 2 – 2500g, poz. 3 – 2600g” nie dokonał pomyłki i nie miał na myśli chłonności zgodnych z wartościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia tj. poz. 1 - 1600g, poz.2 - 2300g, poz. 3 – 2500g, poz. 4 – 2600g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimalnych chłonności, jednak nie dyskwalifikuje asortymentu o wyższej chłonności.

### UCZESTNIK 9

#### Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 50 m z perforacją co 37,5 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

### UCZESTNIK 10

#### Pytanie 1 Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści nerkę plastikową?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

Pytania do Umowy:

#### Pytanie 2

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

#### Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

M.N./M.N.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3** Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający doda do umowy następujące zapisy: Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

## UCZESTNIK 11

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kremu ochronnego do skóry z tlenkiem cynku konfekcjonowanego w pojemnikach o masie 250 g, co odpowiada 200 ml?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

## UCZESTNIK 12

### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Część nr 1:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowych rękawów opatrunkowych o długości 11,6 metra w stanie relaksacyjnym? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowego rękawa opatrunkowego z przeznaczeniem na następujące części ciała odpowiednio dla pozycji:

Pozycja 1 - Nr 1 na palec dorosłego, dłoń dziecka

Pozycja 2 - Nr 2 palec dorosłego, dłoń, ręka, noga, stopa dziecka

Pozycja 3 - Nr 3 dłoń ręka dorosłego, głowa dziecka

Pozycja 4 - Nr 4 noga, stopa dorosłego; tułów dziecka

Pozycja 5 - Nr 5 głowa dorosłego, tułów dziecka

Pozycja 6 - Nr 6 tułów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

M.N./M.N.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawa opatrunkowego zawierającego w swym składzie min. 60% bawełny. Dzięki temu komfort użytkowania produktu jest bardzo wysoki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Część nr 4:**

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 1 opakowanie a 5kg?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część nr 8:****Pytanie 5**

Poz. nr 5 – czy Zamawiający wymaga aby opaska, ze względu na dużą szerokość, była pakowana wraz z dwiema zapinkami wewnątrz opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część nr 16:****Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m2 w rozmiarze 75x120 cm - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 17:**

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m2 z otworem 7cm - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 18:**

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m2 w rozmiarze 90x150 cm - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 28:**

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55g/m2 w rozmiarze 37,5x45 cm - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część nr 29,30,31,52:**

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet posiadających jedną etykietę samoprzylepną z nazwą, kodem, numerem serii i datą ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

M.N./M.N.

**Część nr 29,52:**

Pytanie 11

Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu (wyrób gotowy)? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Część nr 41:**

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby na papierze pokrywającym włókninę nadrukowana była skala ułatwiająca docinanie taśmy?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część nr 42:**

Pytanie 13

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku z siatki bawełnianej impregnowanego neutralną maścią w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 43:**

Pytanie 14

Poz. nr 23 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej jałowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 46:**

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki pochłaniającej zapach moczu w opakowaniach a' 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część nr 46,47:**

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zarejestrowanych jako kosmetyk i posiadających stawkę VAT 23%?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część nr 50:**

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z włókniny PP(polipropylen)/PE(polietylen) o gramaturze 55 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Zapisy SIWZ**

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych. Nasza prośba wynika z faktu, że obecnie w Polsce w szpitalach toczy się bardzo dużo postępowań przetargowych, dodatkowo czwartek jest dniem wolnym od pracy, a warunki dostaw ze względu na panującą pandemię Covid-19 ulegają wydłużeniu.

M.N./M.N.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składnia i otwarcia ofert na dzień 18/06/2020r.

#### **WZÓR UMOWY:**

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy? Proponowane brzmienie:

Sila Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Pytanie 20 Część nr 30 – pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ

**UCZESTNIK 13**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 17**

M.N./M.N.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 90x75cm z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 22 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów (dostarczanych do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy) o gramaturze 30g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3 – dotyczy Części nr 22 poz. 2**

Prosimy o doprecyzowanie czy ilość 8 000 dotyczy opakowań a'4szt czy a'5szt?

Odpowiedź: 8000 a 5 sztuk; lub 8000 a 4 sztuki.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Części nr 29 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego, tj. serwety gazowej z elementem RTG (zamiast nitki) i tasiemką? Pozostałe wymagania spełnione.

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**UCZESTNIK 14**

**Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do 1 kg ligniny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania a'5kg ligniny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Część 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametru przędzy min. 15 TEX kartą techniczną produktu?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Część 7, pozycja 1 -2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek chirurgicznych gipsowych o czasie moczenia opaski w wodzie około 5s, warstwa nośna wykonana z 20N gazy, opaska nawinięta na plastikowy trzpień w formie krzyżaka, czas wiązania 5-6 minut, opakowanie a'1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu perforowanego co 37,5cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.



**Część 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do 1 rolki podkładu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Część 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 14, 15, 39, 53, 54**

Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy wymogu dostarczenia próbek**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania zawierający pojemnik plastikowy 250 ml (w miejsce kubek plastikowy)?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia przewodowego z serwetą 90 x 75 cm, z przylepcem na dłuższym boku, gramatura 60g/m2 (w miejsce serwetki z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2 90 cm x 75-80 cm z przylepcem na krótszym boku)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia przewodowego z serwetą 90 x 75 cm bez przylepca, gramatura 60g/m2 (w miejsce serwetki z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56g/m2 90 cm x 75-80 cm bez przylepca)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, rozmiar 70 x 120 cm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

**Pakiet 17, 18, 28, 50**

Czy Zamawiający dopuści serwetki o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

**Pakiet 17, 18, 28, 50**

M.N./M.N.

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

**Pakiet 18**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

**Pakiet 23 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 10x10cm 4W, 40g, z nacięciem Y, pakowany a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 28**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

**Pakiet 32 pozycja 1-6**

Czy Zamawiający dopuści tampony jałowe z nitką RTG z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 32 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści tampony jałowe z nitką RTG w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 32 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści tampony jałowe z nitką RTG w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 32 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści tampony jałowe z nitką RTG w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 32 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści tampony jałowe z nitką RTG w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 32 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści tampony jałowe z nitką RTG w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 34, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane po 25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

**Część 37, pozycja 1-4**

M.N./M.N.

Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczą folię operacyjną z folii poliuretanowej o grubości 0,025mm, z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodyny?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x26cm z częścią przylepną 15x20cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 10x24cm z częścią przylepną 10x18cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm z częścią przylepną 40x28?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm z częścią przylepną 42x36cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm z częścią przylepną 60x46cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm z częścią przylepną 60x46cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 37, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm z częścią przylepną 45x49?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z pęsetą o długości 13 cm (w miejsce 12,5 cm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z serwetą 50 x 70 cm (w miejsce serwety 45 x 75 cm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z serwetą z centralnym otworem 6 x 8 cm (zamiast Ø10 cm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

M.N./M.N.

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania ze strzykawką bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z igłą bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z żelem w strzykawce 6 ml, dodawany do zestawu osobno?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z 2 x woda w ampulce po 10 ml, dodawane do zestawu osobno?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania z rękawiczkami bez papierowego opakowani, rękawy niewywiniete?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny do cewnikowania w opakowaniu typu folia – papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 40, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część 41, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Część 42, pozycja 3-5**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3-5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 46, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki o pojemności 400ml? Pianka posiada właściwości neutralizujące zapach moczu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 48, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poiniekcyjny z folii poliuretanowej w kolorze cielistym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

M.N./M.N.

**Pakiet 53**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do założenia PEG z serwetą podfoliowaną 45 x 45 cm z otworem o średnicy 6 cm (w miejsce serwety 45 x 38 cm z otworem 8 x 15 cm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 54**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do usuwania szwów z pęsetą w kolorze niebieskim (zamiast zielonym)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 54**

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy do usuwania szwów z serwetą podfoliowaną 45 x 45 cm (zamiast 45 x 38 cm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

**Część 55 pozycja 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 95x65mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielanymi odpowiedziami i modyfikacjami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 18/06/2020r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 18/06/2020r. godz. 13:00

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 20/PN/MN/2020 z dnia **04/06/2020r**

**Z poważaniem**

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach