



Pismo: CRZP/70/2020/AZP/6

Gdynia dnia: 2020-06-18

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W specyfikacji technicznej podane jest, że komora ma spełniać założenia normy ISO 9227.

W przytoczonej normie autorzy zwracają uwagę, że pojemność komory nie powinna być mniejsza niż 0,4dm³.

"_7. Komora powinna spełniać wymogi normy ISO 9227_"

Jednak w punkcie pierwszym specyfikacji napisane jest, że maksymalna pojemność komory ma nie przekraczać 110 litrów.

"_1. Pojemność komory od 85 do 110 litrów_"

PROSZĘ O INFORMACJĘ, CZY KOMORA MA MIEĆ POJEMNOŚĆ NIEPRZEKRACZAJĄCĄ 110 LITRÓW, CZY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI NORMY ISO 9227?

Odpowiedź: Ze względu na ograniczenia związane z posiadaną powierzchnią umiejscowienia komory solnej ma mieć pojemność nieprzekraczającą 110 litrów.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz